LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS ID Nº 237.453

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN

A- En la ciudad de Coronel Oviedo, Capital del V Dpto. Caaguazú República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil doce siendo las 10:00 horas, se reúne el "Comité Evaluador", de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú, con la presencia de los siguientes miembros: el Dr. Efraín Avalos, Miembro del Consejo Directivo, C.P. Natalia Cardozo, Administrador, y C.P. Jesús Morán, Contador, designados por Resolución Nº 014 de dos de Mayo del año dos mil once, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Caaguazú, para estudiar las ofertas presentadas en la modalidad de Contratación por Concurso de Ofertas----------

B- Tabla Comparativa de Ofertas en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento

DOCUMENTOS	D Y D DISTRIBUIDORA S.A.	ANDRÉS H. ARCE S.A.	DENTAL GUARANÍ S.R.L.
Formulario de Oferta	SI	SI	SI
Garantía de Mantenimiento de Oferta	SI	SI	SI
Escritura Pública de Constitución	SI	SI	SI
Documentos que acrediten las facultades del firmante	SI	SI	SI
Declaración Jurada 40 y 20	SI	SI	SI
Catálogos de Productos	SI	SI	SI
Certificado de Registro y Habilitación	SI	SI	SI
Certificado de Registro y Habilitación (Servicio Técnico) o en Renovación.	SI	SI	NO

C- Tabla Comparativa de Ofertas en relación a las especificaciones técnicas y otros requerimientos.

BIENES	D Y D DISTRIBUIDORA S.A.	ANDRÉS H. ARCE S.A.	DENTAL GUARANÍ S.R.L.
LOTE 1			
Sillones odontológicos Estructura construida en acero macizo, con tratamiento anticorrosivo, revestida en poliestireno alto impacto. Con dos brazos y base construida en acero con tratamiento anticorrosivo,	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

totalmente protegida por orla antideslizante. Tapizado con apoyo lumbar resaltado, montado sobre estructura rígida, recubierta con poliuretano inyectado de alta resistencia, revestido con material laminado, sin costura. Sistema de elevación electromecánico activado por moto reductor BOSCH de baja tensión con 24 volts. Comandos a través del pedal fijo en la base que activen: - Subida y descenso del asiento - Subida y descenso del respaldo - Vuelta automática a la posición cero - Posición de escupir y retorno a la última posición - Dos programaciones de trabajo (P1 y P2) con memorización del estado anterior - Activación del reflector con dos intensidades - Interrupción de los movimientos del sillón con identificación luminosa. - Ambidiestro. - Respaldo de cabeza biarticulable, movible, anatómico, con movimientos antero-posterior longitudinal y de altura. **Unidad Dental** - Con una Jeringa triple con pico giratorio, amovible y autoclavable, Dos Terminales para alta rotación y Una Terminal para micromotor. - Sistema con válvulas anti-reflujo y reservatorio translúcido para solución bactericida. - Brazos Articulables con trabamiento neumático activado por botón			

localizado bajo el cuerpo de la Unidad Dental. - Pedal progresivo para la activación de las puntas. - Cobertura de acero inoxidable amovible. Caja de Conexión separada del sillón. - Cuerpo de la Unidad Dental construido en acero macizo, con tratamiento anticorrosivo, revestido en poliestireno, alto impacto. - Los sillones deben contar con agua presurizada. - Manija frontal y central. - Ambidiestro. - Negatoscopio incorporado a la unidad dental. **Reflector** Reflector LED con concentración de luz y dirección precisa sin calentamiento – tres LEDs - Potencia: 12.000 a 20.000 LUX. - Temperatura de color de la luz: 5.500k - Cabezal con sistema giratorio de 620º - Accionamiento a través del pedal del sillón. **Unidad de Agua** Composición - Un Eyector de saliva (Sistema Venturi). - Una Jeringa triple con pico giratorio, amovible y autoclavable. - Mangueras eyectores con Filtro de sólidos y acople rápido. - Soporte de las puntas con accionamiento neumático individual. - Válvulas con filtro del agua incorporado. - Conductores en acero inoxidable movibles y autoclavables. - Comando eléctrico para agua del Llena vaso. - Sistema de regulaje del vaciamiento de agua para			

Llena vaso y la Bacha. - Bacha de porcelana profunda, movible, con rejilla para retención de líquidos. - Cuerpo con movimiento horizontal de 90º. - Ambidiestro **Taburete** Taburetes con sistema de elevación a gas del asiento, accionado por una palanca lateral y con suave movimiento. Base con cinco ruedas resistentes y acolchonamiento resistente, con forro sin costura			
Compresor de Aire Un compresor, con tanque de 350 litros de volumen de reservorio, 175 libras de presión, con un cabezal de 2 cilindros y motor eléctrico de 10 HP trifásico. Con llave guarda motor de 10 HP. Conectado con el automático con una llave de mando. Peso Neto 292, Peso Bruto 340. Dimensiones 570 x 1100 x 1660.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autoclaves de 21 litros - Estructura de acero inoxidable y pintura exterior en pintura secada al horno. - Cámara de esterilización cilíndrica de acero inoxidable resistente a la corrosión. - Sistema de cierre hermético a prueba de vapor y vacío. - Regulación automática de la presión del vapor, temporizador de la operación. - Protección contra sobrecalentamiento. - Sistema de operación automático con programas para esterilizar textiles (134º C aprox.) e instrumentales (134ºC aprox.). - Volumen de la cámara de esterilización de 21 litros. - Alimentación eléctrica 220V / 50Hz. - Facilidad de limpieza,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

desinfección y mantenimiento. - Accesorios. - Certificados de calidad e inspección técnica. - Set completo de contenedores y canastillas de esterilización. - 10 kits de 10 termo indicadores para control de funcionamiento (100 unidades de cinta testigo) - Un juego (1 unidad) de resistencia de repuesto.			
LOTE 2			
Estufa para esterilización y secado con las siguientes características: con alimentación eléctrica 220V. 50Hz, temperatura máximas de 200° a 300° con dos (2) bandejas desmontables, estructura externa de chapa de acero pintura electrostático, estructura interna pintada en color aluminio resistente a temperaturas, aislación térmicas en las paredes, fondo y puerta, con termostato, termómetro y timer, de 25 litros como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Recortadora de Yeso Disco de carburundum 10" blindada, silenciosa montada sobre rulemanes, mesa de apoyo de inclinación 1400rpm, 500 Hz 50, 220voltios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

D- Tabla comparativa de los precios de las ofertas que han cumplido las especificaciones técnicas

BIENES	D Y D DISTRIBUIDORA S.A.	ANDRÉS H. ARCE S.A.	
LOTE 1			
Sillones Odontológicos	25.000.000	20.000.000	
Compresor de Aire	15.000.000	12.000.000	
Autoclave de 21 litros	8.000.000	8.000.000	
BIENES	**D Y D DISTRIBUIDORA S.A.**	**ANDRÉS H. ARCE S.A.**	**DENTAL GUARANÍ S.R.L.**
LOTE 2			
Estufa	4.300.000	N/C	2.500.000
Recortadora de Yeso	5.500.000	N/C	1.750.000

E- Cumplimiento de los criterios para la evaluación y comparación de las ofertas:

La oferta correspondiente a la empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** no cumple con los requisitos exigidos en cuanto a las siguientes especificaciones técnicas:

1) Reflector LED con concentración de luz y dirección precisa sin calentamiento – tres LEDs
2) Negatoscopio incorporado a la unidad dental.
3) Válvulas con filtro del agua incorporado.

Las ofertas correspondientes a las empresas **ANDRÉS H. ARCE S.A.** (LOTE Nº 1) y la empresa **DENTAL GUARANÍ S. R. L.** (LOTE Nº 2) cumplen con los requisitos exigidos en el PBC, aclarando que el Certificado de Registro y Habilitación (Servicio Técnico) o en Renovación, sólo es sustancial para el LOTE Nº 1, según consta en ADENDA Nº 3.-

Por tanto este Comité de Evaluación considera que la empresa ANDRES H. ARCE S.A. demuestra la capacidad suficiente para la provisión del LOTE Nº 1 y la empresa DENTAL GUARANÍ S.R.L. el LOTE Nº 2, objeto del presente llamado.

F- Tabla de los precios totales de la oferta recomendada

ANDRES H. ARCE S.A.

PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
LOTE Nº 1			
SILLONES ODONTOLÓGICOS	12	20.000.000	240.000.000
COMPRESOR DE AIRE	1	12.000.000	12.000.000
AUTOCLAVE DE 21 LITROS	1	8.000.000	8.000.000
TOTAL GENERAL			260.000.000

DENTAL GUARANÍ S.R.L.

PRECIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DENTAL GUARANÍ S.R.L.
LOTE Nº 2			
ESTUFA	2	2.500.000	5.000.000
RECORTADORA DE YESO	3	1.750.000	5.250.000
TOTAL GENERAL			10.250.000

Por considerar que las ofertas evaluadas cumplen sustancialmente con las condiciones legales y técnicas este Comité recomienda adjudicar y cumplir lo solicitado según el Pliego de Bases y Condiciones: A la

empresa **ANDRÉS H. ARCE S.A.** con relación al LOTE Nº 1 por valor de guaraníes 260.000.000 (Doscientos sesenta millones) y a la empresa **DENTAL GUARANÍ S.R.L.** con relación al LOTE Nº 2, por valor de guaraníes 10.250.000 (Diez millones doscientos cincuenta mil), del llamado ID Nº 237453 "Adquisición de Equipos de Laboratorio". Aclarando que el Certificado de Registro y Habilitación (Servicio Técnico) o en Renovación, sólo es sustancial para el LOTE Nº 1, según consta en ADENDA Nº 3.-

Posteriormente el Comité Evaluador, Manifiesta que todo lo actuado se encuadra dentro de lo dispuesto en la ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario Nº 21909/03.----------

Finalizado el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, siendo las 12:15hs. del día diecisiete del mes de mayo del año dos mil doce, en prueba de conformidad, suscriben el presente informe los abajo firmantes en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

C.P. Natalia Cardozo
Administrador

FACULTAD de ODONTOLOGÍA U.N.C@ CORONEL OVIEDO-PARAGUAY 2010

C.P. Jesús Morán
Contador

Dr. Efraín Avalos
Miembro del Consejo