MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL M.S.P. y B.S.

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA No. 14/2013

REPARACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA DE HEMODIALISIS - Segundo Llamado ID N° 264.240

				ROV TRADING S.A.			ACQUASERVICE de Oscar Portillo		
Item	*Codigo de Catologo*	*Descripcion*	*Especificaciones Tecnicas*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*	*Cantidad*	*Precio Unitario*	*Precio Total*
1	73171602-001	Reparación del Sistema de Tratamiento de Agua por Osmosis Inversa de Hemodiálisis	• Reposición de balones existentes en el Hospital Nacional de 113 cm de longitud y 31 cm de diámetro de resinas catiónicas. Cantidad: 2 balón.- • Reposición de balones existentes en el Hospital Nacional de 113 cm de longitud y 31 cm de diámetro, de arena, granulometría 4. Cantidad: 2 balón.- • Reposición de balones existentes de 113 cm de longitud y 31 cm de diámetro, de carbón activado granulado de 8x20. Cantidad: 2 balón.- • Reposición de 4 ud de membranas (para osmosis inversa).- • Provisión y montaje de 160 metros de cañería de PVC tricapa ½", con válvulas esféricas de ½" en acero inoxidable, codo de ½" pvc, unión sencilla de ½" pvc; según demanda desde el inicio hasta el final de línea.- • Provisión y montaje de una bomba en acero inoxidable ¾" hp, trifásica con tableros y dispositivos de arranque, rosca bsp; con sus correspondientes conexiones eléctricas y de plomería al tanque.- • Provisión y montaje de una motobomba vertical de acero inoxidable, trifásico. Deberá tener caudal de 1.800 litros por hora de agua tratada como mínimo.- • Montaje.- • Puesta a punto.-	1	85.000.000	85.000.000	1	76.320.000	76.320.000
			TOTAL			**85.000.000**			**76.320.000**

Téc. Gustavo M...
Jefe Sec. Electrónica Má...
Servicio Biomédica
Hospital Nacional

Lic. Luis A. Ruiz Díaz V.
Jefe de Compras Menores
SUOC - Hospital Nacional Itaugua