INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de diciembre de dos mil diez y nueve, en la Sede del Instituto de Previsión Social, siendo las 08:45 horas se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS".

Estando presentes para el acto de apertura: **la Esc. Rosi Ani Vera y la Abg. Paola Aguero,** representantes de la Dirección Jurídica de la Institución, **el Sr. Blas Nuñez, la Abg. Fatima Ramirez, Abg. Luz de Fatima Gonzalez, Abg. Olga Cabañas y la Abg. Gisela Gómez,** representantes de la Dirección de Operativa de Contrataciones y los oferentes presentes. No se contó con la presencia del representante de la Sindicatura.

Seguidamente, siendo las 09:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1. **CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - RUC: 80011101-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 19.364.887.964.- (Guaraníes diecinueve mil trescientos sesenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.110.000.000.- (Guaraníes mil ciento diez millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A** N° de Póliza: 1508003149.- Total de hojas foliadas 407 (cuatrocientos siete).

2. **ASUNCION COMUNICACIONES S.A. - RUC: 80012224-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 1.884.999.999.- (Guaraníes un mil ochocientos ochenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 72.000.000.- (Guaraníes doscientos cincuenta millones)** Empresa Aseguradora: **LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza: 03.1508.03587/000.- Total de hojas foliadas 519 (quinientos diez y nueve).

3. **CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.667.200.000.- (Guaraníes cuatro mil seiscientos sesenta y siete millones doscientos mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 141.000.000.- (Guaraníes ciento cuarenta y un millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA DEL ESTE S.A.** N° de Póliza: 1508010479.- Total de hojas foliadas 144 (ciento cuarenta y cuatro).

4. **SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO) - RUC: 80006779-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 20.631.297.780.- (Guaraníes veinte mil seiscientos treinta y un millones doscientos noventa y siete mil setecientos ochenta). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 761.500.000.- (Guaraníes setecientos sesenta y un millones quinientos mil)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047713- END.: 000.- Total de hojas foliadas 130 (ciento treinta).

5. **G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 17.619.474.678.- (Guaraníes diez y siete mil seiscientos diez y nueve millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta y ocho). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 960.000.000.- (Guaraníes novecientos sesenta millones)** Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA YACYRETA S.A.** N° de Póliza: 28.1508004430.0000.- Total de hojas foliadas 165 (ciento sesenta y cinco).

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Gisela Gómez Sanchez
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Laura Godoy
BOLLER Asistente de Licitaciones

ASUNCION

6. **CONSORCIO SUMI (SUMI S.A. – SUMI SCIENTIFIC) - RUC: 80109965-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 6.490.500.000.- (Guaraníes seis mil cuatrocientos noventa millones quinientos mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 219.000.000.- (Guaraníes doscientos diez y nueve millones)** Empresa Aseguradora: **LA RURAL S.A.** N° de Póliza: 002-1508005459.- Total de hojas foliadas 208 (doscientos ocho).

7. **CASA BOLLER S.A. RUC 80001556-8:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 22.762.999.960.- (Guaraníes veinte y dos mil setecientos sesenta y dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.317.000.000.- (Guaraníes un mil trescientos diez y siete millones)** Empresa Aseguradora: **EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. CIA. DE SEGUROS GENERALES** N° de Póliza: 1508011489.- Total de hojas foliadas 245 (doscientos cuarenta y cinco).

8. **V & V S.A - RUC: 80038216-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 29.370.813.849.- (Guaraníes veinte y nueve mil trescientos setenta millones ochocientos trece mil ochocientos cuarenta y nueve). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.730.000.000.- (Guaraníes un mil setecientos treinta millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGGUROS S.A.** N° de Póliza: 1508003147.- Total de hojas foliadas 183 (ciento ochenta y tres).

9. **DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - RUC: 80017185-3:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.372.519.992.- (Guaraníes cuatro mil trescientos setenta y dos millones quinientos diez y nueve mil novecientos noventa y dos). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 200.000.000.- (Guaraníes doscientos millones)** Empresa Aseguradora: **FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.** N° de Póliza: 1508004540.- Total de hojas foliadas 268 (doscientos sesenta y ocho).

10. **IN SITU S.A. RUC 80027373-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 837.000.000.- (Guaraníes ochocientos treinta y siete millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 55.000.000.- (Guaraníes cincuenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **ASEPASA** N° de Póliza: 1508016599.- Total de hojas foliadas 110 (ciento diez).

11. **SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 7.380.000.000.- (Guaraníes siete mil trescientos ochenta millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 420.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos veinte millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.** N° de Póliza: 1508003155.- Total de hojas foliadas 415 (cuatrocientos quince).

12. **INFOTEC S.A. - RUC: 80021897-3:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 14.528.999.976.- (Guaraníes catorce mil quinientos veinte y ocho millones novecientos noventa y nueve mil novecientos setenta y seis). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 789.000.000.- (Guaraníes setecientos ochenta y nueve millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047671-000.- Total de hojas foliadas 81 (ochenta y uno).

13. **EDISON S.R.L. - RUC: 80093090-8:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 2.489.000.000.- (Guaraníes dos mil cuatrocientos ochenta y nueve millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 113.700.000.- (Guaraníes ciento trece millones setecientos mil)** Empresa Aseguradora: **SEGUROS GENERALES S.A.** N° de Póliza: 1508002567.- Total de hojas foliadas 72 (setenta y dos).

14. **GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA – RUC: 80088101-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 2.379.999.988.- (Guaraníes dos mil trescientos setenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y ocho). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 114.000.000.- (Guaraníes ciento catorce millones)** Empresa Aseguradora: **ROYAL SEGUROS S.A.** N° de Póliza: 1508003161.- Total de hojas foliadas 167 (ciento sesenta y siete).

15. **BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 4.598.999.968.- (Guaraníes cuatro mil quinientos noventa y ocho millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta y ocho). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs.**

Lic. Rocio Medina
Dpto. ICSA

Lic. Claudia Gomez Sánchez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Ana Godoy
Encargada de Licitaciones

COMUNICACIONES

195.000.000.- (Guaraníes ciento noventa y cinco millones) Empresa Aseguradora: **ASEGURADORA YACYRETA S.A.** N° de Póliza: 28.1508004435.0000.- Total de hojas foliadas 182 (ciento ochenta y dos).

16. **CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 700.000.000.- (Guaraníes setecientos millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 30.000.000.- (Guaraníes treinta millones)** Empresa Aseguradora: **REGIONAL S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508001593.- Total de hojas foliadas 104 (ciento cuatro).

17. **IMESE S.A. - RUC: 80016426-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 12.854.899.974.- (Guaraníes doce mil ochocientos cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y nueve novecientos setenta y cuatro). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 480.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos ochenta millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047687/000.- Total de hojas foliadas 322 (trescientos veinte y dos).

18. **B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. – RUC: 80012330-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 899.000.000.- (Guaraníes ochocientos noventa y nueve millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 52.500.000.- (Guaraníes cincuenta y dos millones quinientos mil)** Empresa Aseguradora: **SEGUROS GENERALES S.A. SEGESA** N° de Póliza: 1508002571.- Total de hojas foliadas 66 (sesenta y seis).

19. **MAKRI S.A. - RUC: 80029237-5:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 20.443.835.377.- (Guaraníes veinte mil cuatrocientos cuarenta y tres millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos setenta y siete). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 860.000.000.- (Guaraníes ochocientos sesenta millones)** Empresa Aseguradora: **FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza: 1508004541.- Total de hojas foliadas 36 (treinta y seis).

20. **GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA – RUC: 80091967-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 6.910.995.000.- (Guaraníes seis mil novecientos diez millones novecientos noventa y cinco mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 240.000.000.- (Guaraníes doscientos cuarenta millones)** Empresa Aseguradora: **SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza 1508015223.- Total de hojas foliadas 14 (catorce).

21. **DYSA HEALTHCARE S.A. - RUC: 80013820-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 33.817.500.000.- (Guaraníes treinta y tres mil ochocientos diez y siete millones quinientos mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones)** Empresa Aseguradora: **EL SOL DEL PARAGUAY** N° de Póliza: 1508005117.- Total de hojas foliadas Tomo I del 1 al 339 (uno al trescientos treinta y nueve) Tomo II del 330 al 713 (trescientos treinta al setecientos trece).

22. **SOLUMEDIC S.A. - RUC: 80023913-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 37.441.290.706.- (Guaraníes treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y un millones doscientos noventa mil setecientos seis). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.800.000.000.- (Guaraníes un mil ochocientos millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047655/000.- Total de hojas foliadas 560 (quinientos sesenta).

23. **LA CASA DEL MEDICO S.A. - RUC: 80011068-4:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 33.097.304.222- (Guaraníes treinta y tres mil noventa y siete millones trescientos cuatro millones doscientos veinte y dos). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 1.500.000.000.- (Guaraníes un mil quinientos millones)** Empresa Aseguradora: **ASEPASA.** N° de Póliza: 1508016601.- Total de hojas foliadas 304 (setenta y tres).

24. **DEZETA S.A - RUC: 80019208-7:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 3.632.999.997.- (Guaraníes tres mil seiscientos treinta y dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 165.000.000.- (Guaraníes ciento sesenta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **EL SOL DEL PARAGUAY S.A.** N° de Póliza: 1508005114.- Total de hojas foliadas 244 (doscientos cuarenta y cuatro).

25. **DGR INTERNACIONAL S.R.L. - RUC: 80028232-9:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 2.380.000.000.- (Guaraníes dos mil trescientos ochenta millones). IVA Incluido.** Monto de

Abg. Gisela Gomez Sanchez
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rocío Martínez Chaco

Laura Godoy
Asistente de Licitaciones

ASEGURADORA COMUNIL ES S.A.

la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 80.000.000.- (Guaraníes ochenta millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508046411 – END. 001/002.- Total de hojas foliadas 108 (ciento ocho).

26. **ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 21.688.731.883.- (Guaraníes veinte y un mil seiscientos ochenta y ocho millones setecientos treinta y mil ochocientos ochenta y tres). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 900.000.000.- (Guaraníes novecientos millones)** Empresa Aseguradora: **LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS** N° de Póliza: 1508047711 - END.: 000.- Total de hojas foliadas 467 (cuatrocientos sesenta y siete).

27. **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC – RUC: 80002379-0:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 5.479.999.998.- (Guaraníes cinco mil cuatrocientos setenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 195.000.000.- (Guaraníes ciento noventa y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **ASEPASA S.A.** N° de Póliza: 1508016600.- Total de hojas foliadas 227 (doscientos veinte y siete).

28. **FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 18.986.000.000.- (Guaraníes diez y ocho mil novecientos ochenta y seis millones). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 915.000.000.- (Guaraníes novecientos quince millones)** Empresa Aseguradora: **ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS** N° de Póliza: 1508006305.- Total de hojas foliadas 245 (doscientos cuarenta y cinco).

29. **ALBATROS SACI - RUC: 80002766-3:** Según planilla de precios cotiza por un Monto Total de **Gs. 11.009.030.000.- (Guaraníes once mil nueve millones treinta mil). IVA Incluido.** Monto de la **Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 435.000.000.- (Guaraníes cuatrocientos treinta y cinco millones)** Empresa Aseguradora: **ASEPASA** N° de Póliza: 1508016602.- Total de hojas foliadas 337 (trescientos treinta y siete).

OBSERVACION:

Se adjunta Hoja de Observaciones de las Firmas:

- **GRUPO IBP S.A.**
- **INFOTEC S.A.**
- **BIOERIX S.A.**
- **CASA BOLLER S.A.**
- **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC**
- **IN SITU S.A.**
- **DYSA HEALTHCARE S.A.**
- **CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.**
- **G T SCIENTIFIC S.A.**
- **SALUMAX S.A.**
- **DGR INTERNACIONAL S.R.L.**

Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Blas Roberto Nuñez
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abog. Luz María González
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Oferente N°	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documento que Acredita la representación	Declaración Jurada Art. 40° de la Ley N° 2051/03	Constancia SIPE
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
ASUNCION COMUNICACIONES S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
CODEX S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
G T SCIENTIFIC S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
CONSORCIO SUMI (SUMI S.A. – SUMI SCIENTIFIC)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
CASA BOLLER S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO PRESENTA
V & V S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
IN SITU S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
SALUMAX S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
INFOTEC S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
EDISON S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
BIOERIX S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
CATETERES Y AFINES S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
IMESE S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Gisela Gómez Sánchez
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BOLLER Asistente de Licitaciones

Abog. Instituto de Previsión Social

ASUNCION COMUNICACIONES S.A.

Oferente N°	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documento que Acredita la representación	Declaración Jurada Art. 40° de la Ley N° 2051/03	Constancia SIPE
MAKRI S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
GRUPO IBP SOCIEDAD ANONIMA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
DYSA HEALTHCARE S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
SOLUMEDIC S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
LA CASA DEL MEDICO S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
DEZETA S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
DGR INTERNACIONAL S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
ARGON S.R.L.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
FALCON COM. & IND. S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA
ALBATROS SACI	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

Las listas de verificación cuantitativa y no de contenido, avaladas por las firmas de los funcionarios responsables del Instituto de Previsión Social, que tuvieron a su cargo la verificación respectiva, se encuentra agregada a la carpeta original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas por la Comisión Evaluadora.

En cumplimiento al artículo 4° incisos b) y c) de la Ley 2.051/03, se deja constancia que durante este acto, el oferente ha tenido acceso a las documentaciones publicas del proceso.

Seguidamente, se dio por terminado el acto, siendo las once horas con quince minutos del día arriba señalado, firmando el acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

Abg. Gisela Gomez Sánchez
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Blás Roberto Núñez
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Fátima Ramírez

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Lidia de Fátima González
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ASUNCION
PUBLICACIONES S.A.

Lourdes Godoy
Asistente de Licitaciones
BOLLER

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

(1)

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019
Empresa: GRUPO IBP SA.
Representante: Enrique Velazquez

Por consiguiente dejamos constancia del incumplimiento de los esp. técnicos según los documentos oficiales provistos por los distintos marcas.

(+) Item 21.

-> Empresa - Italquímica, marca Adam, mod. UVW 300L no se visualiza que cumple en los punto 4.3 y 4.4 (linealidad y repetitibilidad). No se visualiza cumplimiento de normas exigidas en el punto 3.1.

-> Empresa V y V, marca Chorder, mod. MS9410, según documentación provisto por fabrica, el mismo tiene divisiones de 100 gramos incumpliendo así el punto 3.1 y además el 4.11.

(+) Item 75 - Item 76 - Item 78.

-> Casa Boller, modelo Diamond 60., no se visualiza el cumplimiento del punto 5.7 "Angulación de cabeza" su marca va entre -45 a +25. (se solicita de -45 a +45)

(+) Item 75 - 76 - 78.

-> Infotec - marca Famed, modelo - Hyperion. no se visualiza cumplimiento del punto 5.7; su marca va desde -30 a +45.

(+) Item 75 - 76.

-> Empresa chaco'i, marca techartmed, mod. ET500 - no cumple los EEE en el punto 4.17, (hasta 300kg) su marca va hasta 250 kg.

(+) Item 75 - 76 - 78.

-> Empresa Matri, marca Novamec., modelo: Recsul - no se visualiza el cumplimiento de certificaciones ni fue soporte hasta 300 kg. de carga

(+) Item 75 - 76 - 78

-> Empresa Falcon, marca: Benp, mod. trimax 650MJ

ING. ENRIQUE VELÁZQUEZ
Director
GRUPO IBP S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019
Empresa: GRUPO IBP SA.
Representante: Enrique Velazquez

Dejamos constancia del incumplimiento de los EETT:

(✓) Items 75 - 76 - 78.

→ Empresa: Solumedic, marca: Steris, modelo CMA3 = No se visualiza el cumplimiento del punto 4.17 (Carga hasta 300 kg) su marca tiene una carga máxima de 270 kg.

(✓) Items 78.

→ Empresa: Chacoi, marca: Medifa, modelo Medifa 7000, no se observa cumplimiento en el punto 5.8 (desplazamiento ~~hasta~~ 20 cm) su marca va hasta 10 cm.

→ Empresa: Albatros, no carga en el portal cual de las 16 versiones del modelo BF 683, corresponde su oferta, transgediendo el Art. 45, decreto 1107/14.

→ Argón, marca Tamed, modelo Hyperion, no cumple en el punto 5.7. (angulación de cabeza)

A partir de este momento dejamos constancia de la transgresión del Art. 45, Decreto 1107/14 de =

- Case Baller: no diferencia o no carga correctamente el nombre del Fabricante: Items: 75 - 76 - 78.
- Misma situación la Empresa IMotec, en los mismos Items.
- El nombre de la Aseguradora presentada por la Empresa Albatros es incorrecto. debería ser: Aseguradora Paraguaya SA.
- La Empresa Solumedic no completó correctamente su número de póliza, faltando el número "EN1" de la misma.

Recordamos que el incumplimiento de tal Art. es motivo

ING. ENRIQUE VELÁZQUEZ
Director
GRUPO IBP S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: Infotec S.A.

Representante: Miguel Bareiro

Mesas Quirúrgicas

Verificar incumplimiento de los siguientes marcas para los Item de Mesas.

Casa Boller: Diamond 60: Angulación lateral de pierna (60°, total 120°) freno Mecánico central; Regulación de cabeza (-45 +25); largo de mesa (196 cm)

Chaco Industrial: Techarmed ET 500: Elevación de mesa (60cm a 90cm)

Trendelenburg: -15 + 22; Inclinación cabeza +40 -90; inclinación pierna +15 -90; Inclinación lateral ±15

Falcon: Bena Trimax 650 NS: ancho de mesa 52 cm, Elevación de mesa 53cm a 101cm; Peso máximo paciente: 273 kg.

Makro: Novamec Mec/S 1401 BR: certificación solo Mercosur.

Grupo IBP. Famed SU.05: peso paciente máximo 275 kg; pedal de freno (mecánico).

Solumedic. Steris Cmax 3: ancho de mesa 52cm; peso máximo paciente 270 kg.

Albatros: Barrfab BF 683: Verificar certificación, angulaciones y freno.

Monitor Multiparametrico:

DySA: Philips: Verificar medición de drogas.

Lucas Samaniego
5.213.298

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019
Empresa: BIOERIX S.A.
Representante : RODRIGO GAMARRA

LA EMPRESA SALUMA S.A. OFERTA EL ITEM Nº105, Y NO VISUALIZAMOS LOS SIGUIENTES PUNTOS EN LOS CATALOGOS PRESENTADOS.-

4.1.3 - FILTRO ANTI-BLUR

4.1.9 - CORRECCIÓN DE SOMBRAS

4.1.11 - AJUSTE DE GAMA

4.1.12 - COMPATIBLE CON IMAGEN DE BANDA ESTRECHA

4.1.15 - FILTRO DIGITAL Y CONTROL DE CONTRASTE

4.3.2 - TEMPERATURA DE COLOR DE 6.000K O MAS

[redacted] - EN TODOS ESTOS PUNTOS PRESENTARON NOTAS ALEGANDO QUE LOS MISMOS CUMPLEN LAS EETT.

Rodrigo Gamarra
BIOERIX SA.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: Casa Boller SA.

Representante: Laura Godoy

Para el ítem 9 la oferta presentada por la empresa DYSA con su equipo Carefusion modelo AVEA, no cumple con las especificaciones técnicas específicamente en el punto 4.13 donde solicitan "Nebulizador sincronizado con la ventilación" sin embargo en un extracto del manual del AVEA menciona "el nebulizador no está activo mientras el AVEA funciona con su compresor interno"; tampoco se especifica en el manual sobre los puntos 4.16 ; 4.18 ; 8.6 y 9.5.

Para el ítem 9, la oferta presentada por la empresa MAKPI SA con su equipo Magnamed con su modelo Fleximax plus en su manual obtenido en la web del fabricante no se especifican datos sobre los puntos 3.2 ; 4.16 ; 4.18 y 9.11. por lo que asumimos no cumplen con las especificaciones solicitadas.

Laura Godoy
BOLLER Asistente de Licitaciones

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019
Empresa: CASA BOLLER
Representante : Laura Godoy.

La Empresa. V&V S.A, presenta CI vencida. de uno de sus representantes legales. "Victor Manuel Scarone Zarate"

Además en su declaración Jurada., declaran que poseen capacidad de suministro. en tiempo y forma de lo solicitado. según PBC y las adendas, para proveer "Medicamentos" siendo que estan ofertando. en su planilla de precios "Equipos.".

* Para el ítem 5, la oferta presentada por la empresa V&V con su equipo Hersill modelo Benesis no cumple las especificaciones técnicas solicitadas, especificamente en el punto 5.7 donde solicitan "Presión de soporte de 2 a 30 cmH2O" y en el manual del equipo indica "Presión de soporte de 5 a 50 cmH2O" no cumpliendo con el rango inferior. Así también en el manual no se encuentran datos sobre los siguientes puntos: 4.3.6; 9.2; 9.3; 9.7.2; 9.7.3 y 9.7.4.

* Para el ítem 8 la oferta presentada por la empresa V&V con su equipo Leistung PR4-G no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, especificamente en el punto 4.6 donde solicitan "FiO2 de 40 a menor a 100%" Sin embargo en el manual del equipo indica que sólo va de 50 a 100% no cumpliendo con lo solicitado.

Tampoco el manual hace mención sobre los certificados CE e ISO 13485, ni sobre los puntos 4.2 ni 9.4

Laura Godoy
BOLLER Asistente de Licitaciones

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019	
Empresa:	CASA BOLLER
Representante :	Laura Godoy

Para los ítems 75, 76, 77 y 78. la empresa MAKRI presentó el equipo de marca NOVAMEC, modelo MEC/S 140 L el cual no cuenta con certificación CE, FDA ni JIS (Punto 3.1 de cada ítem) y en la carpeta de ofertas no se observa ningún certificado ni hoja de datos técnicos.

En el punto de "carga total mínima" de todos los ítemes mencionados más arriba se pide un mínimo de 300 kg, donde este equipo no cumple pues sólo soporta 200 kg.

* Para el ítem 5, la oferta presentada por la empresa OYSA no cumple con las especificaciones Técnicas, el modelo ofertado Penlon Prima 465, en el punto M.3.5 donde pide válvula ADL de 5 a 70, en el manual del equipo menciona "Mínima a 70 cm H_2O" no indicando el valor mínimo. Así también en el punto 5.8 solicitan "Flujo inspiratorio de 120 LPM" y el equipo solo cumple "menor o igual a 100 LPM" según el manual. Así también en el manual no se encuentran datos sobre los puntos 9.1, 9.3, 9.7.3 y 9.7.4.

*

Laura Godoy
BOLLER Asistente de Licitaciones

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: Blizeche SAC. Ruc: 80002379-0

Representante: Siemens - María José Garay

Item 1. Arco en C. - Oferente DYSA.

En donde Dice Posibilidad de visualización de múltiples imágenes por monitor - Item 4.4.8 No se puede constatar la pág 37 del manual del operador y en la 79, no habla al respecto.

Item 1. Arco en C - Oferente MaKri

No se puede constatar presentación de especificaciones técnicas en la copia sellada para revisión de ofertas.

Item 1: Arco en C - Oferente DYSA

En donde dice DICOM 3.0 con licencias Send, Print y WorKlist para conexión inmediata. Su datasheet solo habla de DICOM Prit y Stor, falta Send y WorKlist.

En donde Dice 4.4.13 Memoria de cuadros 170 cuadros como mínimo (Loop).

Su datasheet no habla de Memoria de cuadros ni de Loop o movie.

4.5.2 en Pando dice.

Posibilidad de realización de fluoroscopía pulsada, continua y modo de radiografía digital.

No se puede constatar en hoja de datos si puede tener radiografía.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: IN SITU S.A.

Representante: Pamela Vargas

La empresa G.T. no presenta planilla de datos garantizados ni planilla de especificaciones tecnicas en la carpeta de copia verificada.-

P/A IN SITU S.A

Pamela Vargas

C.I. 3029939.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: DYSA HEALTHCARE S.A.

Representante: Daniel Samaniego

La firma INFOTEC presenta Especificaciones Técnicas incompletas no indican parámetros ni folio para el Item 6 Monitores Multiparamétrico

La firma La Casa del Medico presenta especificaciones técnicas para el Item 32 Lampa de Iluminación eléctrica con balanza, no indican que cumplan con los Item 32.4.3 sobre las dimensiones de la cama, está en blanco, así como en el Item 32.9.4 sobre alimentación eléctrica está en blanco. En ambos casos no señalan que cumplan.

La firma Solumedic S.A. no presenta Planilla de datos garantizados de los Items cotizados. Además en la Planilla de EETT la columna de parámetros y folio del Item 7. Monitor Neurológico se encuentra en blanco - sin completar: 4.17, 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.7, 7.6, 7.7, 7.18 y 7.9.

Daniel M. Samaniego V.
D.Y.S.A.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: CHACO'I ICSA

Representante: Rocío Medina

La empresa VyV S.A. presenta cédula vencida del señor Victor Manuel Suarone Zarate CI: 3404611. Tampoco presenta catálogos ni carta de representación de la marca XHYL, tampoco cumple en el Item 30, el punto 30.4.5 cubierta radiotransparente.

En el Item 31 la oferta presentada por la firma La casa del médico no cumple con el punto 31.5.3 ni con el punto 31.5.4

En el Item 32 la oferta presentada por las firmas la casa del médico y Dysa Healthcare no cumple con el punto 32.5.1

En el Item 78 las ofertas presentadas por las firmas Intolec S.A. y casa Boller S.A. no cumplen con los puntos 78.5.7 y 78.4.8

En el Item 101 la oferta presentada por la firma Makri S.A. no cumple con el punto 101.4.16.

Lic. Rocío Medina
Chaco'i ICSA

Lic. Rocío Medina
Chaco'i ICSA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: GT Scientific SA

Representante: Mirtha Teresa Olmedo Caro

La empresa Insistida presenta un Certificado de Registro y Habilitacion con Vigencia del CPS (equipos) vencido, no se visualiza otro documento que extienda la vigencia del mismo

2) La empresa Insistida no presenta o no se visualiza el Certificado de haber realizado la visita tecnica segun el inciso b) del Anexo 1 Seccion VII

3) Presenta oferta en el Item 81 el cual no cumple en el punto 4.2. La planilla de especificaciones no corresponde a la Adendaa

4) Presenta oferta en el Item 45 y se visualiza que no cumple en el punto 4.2 el folleto (Pag 5) indica 2a cassett en el area de trabajo y el pliego solicita 3 cassettes y tampoco en el punto 4.8 La temperatura de trabajo requerido es de 80° y el equipo ofertado llega a 75°C

5) Oferta Item 48. No se observa que cumple el punto 4.9 Funcion de descongelacion manual.

6) Oferta el Item 56 no se observa que cumple el punto 4.10 y 4.12 del PBC

Mirtha T. Olmedo Caro

GT SCIENTIFIC SOCIEDAD ANONIMA

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA N° 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: DGR INTERNACIONAL SRL

Representante: Ing. Victor D. Gugliotta Ruggeri

En la carpeta de la Empresa Argón SRL, entregada para revisión, no se encuentran las planillas de Datos Garantizados, Especificaciones técnicas, ni catalogos correspondientes al Item Nº 80, Microscopio quirúrgico.-

Ing. Daniel Gugliotta Ruggeri
Gerente
DGR Internacional S.R.L.

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

OBSERVACIONES

ACTA Nº 119/19

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 10/18

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS"

Fecha: 09/12/2019

Empresa: Salvmax S.A

Representante: Rosina Carbonati

A Bioerix S.A.:

1. En sus especificaciones tecnicas no detalla el modelo ofertado solo se puede vincular según el catalogo presentado por lo que no se puede corroborar si el dia de mañana entregaran ese mismo modelo o que modelo entregarian ya que no lo detallan en sus E.E.T.T.

Se exige al comite evaluador y a los ingenieros biomedicos a corroborar y asegurarse de que la empresa Bioerix S.A. cumpla con los siguientes puntos:

- En su procesadora según modelo ofertado CV-170: los puntos 4.1.3 filtro anti blur,
- Que el CV-170 venga incluida su oferta ya con la interfaz para conectar a DICOM.
- 4.1.13 Selección de tamaño de imagen?
- 4.1.12. Compatible con imagen de banda estrecha.
- 4.1.15. Filtro digital y control de contraste. (Estos dos puntos vtl.mos son diferentes)

"MUY IMPORTANTE" que su modelo presentado de Unidad Electroquirurgica ESG-400 CUMPLA con el punto: 4.6.13 funcion auto-start en coagulación bipolar. No se observa en el catalogo y esta función es muy importante en el precio del modelo a ofertar.

Segun su modelo de carro TC-C3 y lo que figura en el catalogo no esta incluido el [illegible] electrica con tomas de conexión

Para el Item 101. Unidad Electroquirurgica.
Se Exige al comite evaluador Revisar en cada oferente presentado y que cumple con la siguiente especificación Técnica en el PBC:

4.1.16. Rango de memoria y/o configuración para usuarios de por lo menos 100 espacios.

Dicha caracteristica en el PBC requiere presentar un equipo mucho más avanzado y donde su precio es super importante.

Rosina Carbonati
Directora
Salumax S.A.