8 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.**

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Oferente	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDA MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO	% DE VARIACION CON RESPECTO AL REFERENCIAL
	1	41116120-001	KIT SOLUCIÓN CONTADOR HEMATOLÓGICO	SOLUCIONES PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO, ABX COBAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. LAS DETERMINACIONES OFERTADAS DEBEN INCLUIR TODOS **REACTIVOS COMPATIBLES Y DE LA MISMA LÍNEA DEL EQUIPO** PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DEL MISMO Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. LA OFERTA DEBE INCLUIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISSTENCIA TÉCNICA. LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD POR EL PAÍS DE ORIGEN. LA OFERTA TIENE QUE INCLUIR DILUYENTES, DETERGENTES, LISANTES, CONTROLES, LIMPIADOR ENZIMÁTICO E INSUMOS CONSUMIBLES. PARA EL HOSPITAL DISSTRIAL DE CURUGUATY.			DETERMINACIÓN	UNIDAD	5.000	10.000	6.000		30.000.000	60.000.000	
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	1	41116120-001	KIT SOLUCIÓN CONTADOR HEMATOLÓGICO	SOLUCIONES PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO, ABX COBAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. LAS DETERMINACIONES OFERTADAS DEBEN INCLUIR TODOS **REACTIVOS COMPATIBLES Y DE LA MISMA LÍNEA DEL EQUIPO** PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DEL MISMO Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. LA OFERTA DEBE INCLUIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISSTENCIA TÉCNICA. LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD POR EL PAÍS DE ORIGEN. LA OFERTA TIENE QUE INCLUIR DILUYENTES, DETERGENTES, LISANTES, CONTROLES, LIMPIADOR ENZIMÁTICO E INSUMOS CONSUMIBLES. PARA EL HOSPITAL DISSTRIAL DE CURUGUATY.	Coming	China	DETERMINACIÓN	UNIDAD	5.000	10.000		2.090	10.450.000	20.900.000	**- 65,16666667**
INFOTEC S.A.	1	41116120-001	KIT SOLUCIÓN CONTADOR HEMATOLÓGICO	SOLUCIONES PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO, ABX COBAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. LAS DETERMINACIONES OFERTADAS DEBEN INCLUIR TODOS **REACTIVOS COMPATIBLES Y DE LA MISMA LÍNEA DEL EQUIPO** PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DEL MISMO Y ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. LA OFERTA DEBE INCLUIR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISSTENCIA TÉCNICA. LOS REACTIVOS DEBEN CONTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD POR EL PAÍS DE ORIGEN. LA OFERTA TIENE QUE INCLUIR DILUYENTES, DETERGENTES, LISANTES, CONTROLES, LIMPIADOR ENZIMÁTICO E INSUMOS CONSUMIBLES. PARA EL HOSPITAL DISSTRIAL DE CURUGUATY.	Horiba	Francia	DETERMINACIÓN	UNIDAD	5.000	10.000		5.000	25.000.000	50.000.000	**- 16,66666667**

Bioq. Pablo Antonio Lezcano Roa
Encargado
Dpto. de Documentación Contractual
D.G.A.J.

Darío Instrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Luis María Franco
Departamento de Licitaciones

Q.F. Julia [illegible]
Jefa Dpto. [illegible]
Estimación de Medicamentos
DGGIES - MSP y BS

Abog. Carlos [illegible] Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Oferente	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDA MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO	% DE VARIACION CON RESPECTO AL REFERENCIAL
	2	41115805-017	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS, EN SANGRE TOTAL, SUERO Y/O PLASMA, ASPIRADO DE TUBO PRIMARIO, JERINGA O CAPILARES. CON EQUIPO EN COMODATO. AUTOMATIZADO, PARA LA DETERMINACIÓN DE **Na, K y Ca** EN SANGRE Y ORINA. VOLUMEN DE MUESTRA 40 - 100 ul. CAPACIDAD DE 60 MUESTRAS/HORA COMO MÍNIMO. CALIBRACIÓN Y LAVADO AUTOMÁTICO. CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA. SOLUCIÓN DE LIMPIEZA, ACONDICIONADOR DE SODIO, CALIBRADORES, CONTROLES (ALTO, MEDIO Y BAJO), DILUYENTE PARA DOSAJE EN ORINA, E INSUMOS CONSUMIBLES (PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPRESORA, TUBULADURA DE LA BOMBA PERISTALTICA, ETC.) LOS EQUIPOS DEBEN SER USADOS CON 220 VOLTIOS, ENTRE 50-60 HZ, Y CONTAR CON UPS. LOS EQUIPOS OFERTADOS NO DEBERÁN TENER MAS DE 2 (DOS) AÑOS DE USO. PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE CURUGUATY.				UNIDAD	2.500	5.000	8.000		20.000.000	40.000.000	4.400
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	2	41115805-017	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS, EN SANGRE TOTAL, SUERO Y/O PLASMA, ASPIRADO DE TUBO PRIMARIO, JERINGA O CAPILARES. CON EQUIPO EN COMODATO. AUTOMATIZADO, PARA LA DETERMINACIÓN DE **Na, K y Ca** EN SANGRE Y ORINA. VOLUMEN DE MUESTRA 40 - 100 ul. CAPACIDAD DE 60 MUESTRAS/HORA COMO MÍNIMO. CALIBRACIÓN Y LAVADO AUTOMÁTICO. CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ASISTENCIA TÉCNICA. SOLUCIÓN DE LIMPIEZA, ACONDICIONADOR DE SODIO, CALIBRADORES, CONTROLES (ALTO, MEDIO Y BAJO), DILUYENTE PARA DOSAJE EN ORINA, E INSUMOS CONSUMIBLES (PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPRESORA, TUBULADURA DE LA BOMBA PERISTALTICA, ETC.) LOS EQUIPOS DEBEN SER USADOS CON 220 VOLTIOS, ENTRE 50-60 HZ, Y CONTAR CON UPS. LOS EQUIPOS OFERTADOS NO DEBERÁN TENER MAS DE 2 (DOS) AÑOS DE USO. PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE CURUGUATY.	Diestro	Argentina	DETERMINACIÓN	UNIDAD	2.500	5.000		4.400	11.000.000	22.000.000	**-45**
	3	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	CON EQUIPOS EN COMODATO. A SER INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE. DETERMINACIONES PARA UN ANALIZADOR DE MEDICIONES DE GASES EN SANGRE CON ELECTROLITOS. MÍNIMAS CARACTETERÍSTICAS: ELECTRODOS LIBRE DE MANTENIMIENTO; PARA DETERMINACIONES DE ELECTROLITOS: Na, K, Cl y Ca. PARA GASOMETRÍA pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematrocito, lactato, glucosa, H+, CHCO3, CO-OXIMETRIA, BILIRRUBINA NEONATAL, CTCO2, BE, BESS, BB, pHST, p50, sO2 (C), Hct (C), H+t, TEMP DE MEDICIÓN 37 +- 0,2°C, TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL, PLASMA, SUERO, CONTROLES QC (MATERIAL ACUOSO). CERTIFICADO FDA, CE. MUESTRAS EN CAPILAR Y JERINGAS. REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS CONSUMIBLES POR CUENTA DEL PROVEEDOR Y SEGÚN NECESIDAD DEL SERVICIO. EL EQUIPO DEBE SER USADO CON 220 VOLTIOS, ENTRE 50-60 HZ, Y CONTAR CON UPS. EL EQUIPO OFERTADO NO DEBERÁ TENER MÁS DE 2 (DOS) AÑOS DE USO.				UNIDAD	6.000	12.000	40.000		240.000.000	480.000.000	0

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Abog. Pablo Velázquez Roa
Encargado
Dpto. de Documentación Contractual
D.G.A.J.

Luis María Franco
Departamento de Licitaciones

Q.F. Julia Armoa de Rolón
Jefa Dpto. de Selección, Planificación y Estimación del Medicamentoso
DGGIES - MSP y BS

Abog. Carlos M. Espínola Morales
Asesor
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Oferente	ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDA MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL MINIMO	TOTAL MAXIMO	% DE VARIACION CON RESPECTO AL REFERENCIAL
INFOTEC S.A.	3	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	CON EQUIPOS EN COMODATO. A SER INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE. DETERMINACIONES PARA UN ANALIZADOR DE MEDICIONES DE GASES EN SANGRE CON ELECTROLITOS. MÍNIMAS CARACTETERÍSTICAS: ELECTRODOS LIBRE DE MANTENIMIENTO; PARA DETERMINACIONES DE ELECTROLITOS: Na, K, Cl y Ca. PARA GASOMETRÍA pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematrocito, lactato, glucosa, H+, CHCO3, CO-OXIMETRIA, BILIRRUBINA NEONATAL, CTCO2, BE, BESS, BB, pHST, p50, sO2 (C), Hct (C), H+t, TEMP DE MEDICIÓN 37 +- 0,2°C, TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL, PLASMA, SUERO, CONTROLES QC (MATERIAL ACUOSO). CERTIFICADO FDA, CE. MUESTRAS EN CAPILAR Y JERINGAS. REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS CONSUMIBLES POR CUENTA DEL PROVEEDOR Y SEGÚN NECESIDAD DEL SERVICIO. EL EQUIPO DEBE SER USADO CON 220 VOLTIOS, ENTRE 50-60 HZ, Y CONTAR CON UPS. EL EQUIPO OFERTADO NO DEBERÁ TENER MÁS DE 2 (DOS) AÑOS DE USO.	Instrumentacion Laboratory	USA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	6.000	12.000		13.000	78.000.000	156.000.000	**-67,5**
G.T. SCIENTIFIC S.A.	3	41115805-999	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO	CON EQUIPOS EN COMODATO. A SER INSTALADO EN EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO Y HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE. DETERMINACIONES PARA UN ANALIZADOR DE MEDICIONES DE GASES EN SANGRE CON ELECTROLITOS. MÍNIMAS CARACTETERÍSTICAS: ELECTRODOS LIBRE DE MANTENIMIENTO; PARA DETERMINACIONES DE ELECTROLITOS: Na, K, Cl y Ca. PARA GASOMETRÍA pH, pCO2, pO2, Sat de O2, Hemoglobina total, Hematrocito, lactato, glucosa, H+, CHCO3, CO-OXIMETRIA, BILIRRUBINA NEONATAL, CTCO2, BE, BESS, BB, pHST, p50, sO2 (C), Hct (C), H+t, TEMP DE MEDICIÓN 37 +- 0,2°C, TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL, PLASMA, SUERO, CONTROLES QC (MATERIAL ACUOSO). CERTIFICADO FDA, CE. MUESTRAS EN CAPILAR Y JERINGAS. REACTIVOS, CONTROLES, CALIBRADORES E INSUMOS CONSUMIBLES POR CUENTA DEL PROVEEDOR Y SEGÚN NECESIDAD DEL SERVICIO. EL EQUIPO DEBE SER USADO CON 220 VOLTIOS, ENTRE 50-60 HZ, Y CONTAR CON UPS. EL EQUIPO OFERTADO NO DEBERÁ TENER MÁS DE 2 (DOS) AÑOS DE USO.	Siemens	USA	DETERMINACIÓN	UNIDAD	6.000	12.000		47.000	282.000.000	564.000.000	**17,5**

Darío Insfrán Sánchez, Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación
DGGIES - M.S.P. y B.S.

Q.F. Julia Permoa de Rolón
Jefa Dpto. de Selección, Planificación y Estimación del Medicamenteo
DGGIES - MSP y BS

M.S.P. Y B.S.
Bioq. Roque R. Franco E.
Coordinador
D.G.G.I.E.S.

Luis María Franco
Departamento de Licitaciones