# ACTA DE APERTURA

## 1. Datos del acta:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ID** | 431076 | | | | |
| **NOMBRE DE LA LICITACIÓN** | ADQUISICION DE VENTILADOR PULMONAR DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL INCAN POR SBE- AD REFERENDUM - PLURIANUAL | | | | |
| **ENTIDAD CONVOCANTE** | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Instituto Nacional del Cancer | | | | |
| **FECHA DE APERTURA** | 29-Agosto-2023 | **HORA APERTURA** | 09:15 | **HORA FIN** | 09:55 |
| **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** | Concurso de Ofertas | | | | |
| **LUGAR DE APERTURA** | INCAN - Capiata Km 13,5 Ruta2 Ramal Aregua | | | | |
| **PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE** | Lic. Maby Gonzalez Lesmo | | | | |
| **FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO** | Econ. Yanina Alvarez | | | | |

## 2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

## 3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **80013820-1** | **DYSA HEALTHCARE S.A.** | **informes@dysa.com.py** |
| **2** | **80011068-4** | **LCM SOCIEDAD ANÓNIMA** | **licitaciones@lcm.com.py** |
| **3** | **80093090-8** | **EDISON S.R.L.** | **maurilisboa@gmail.com** |

## 4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité

Blas García
Enc. de Licitaciones

LCM Sociedad Anónima

Lic. Maby L. Gonzalez Lesmo
Unidad Operativa de Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Econ. Yanina Alvarez
UOC - Presupuesto
Instituto Nacional del Cáncer

de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

| Oferentes | Formulario de Oferta debidamente Firmado | Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta | Declaración Jurada del Artículo 40 | Garantía de Mantenimiento de Oferta |
|---|---|---|---|---|
| DYSA HEALTHCARE S.A. | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 778.000.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Patria S.A.<br>**Monto total asegurado Gs.:** 56.338.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 24/08/2023 a 27/12/2023, 125 días |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 899.900.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros<br>**Monto total asegurado Gs.:** 45.200.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 24/08/2023 a 22/12/2023, 120 días |
| EDISON S.R.L. | SI | SI | SI | **Moneda de la oferta:** Guaraníes<br>**Monto total de la oferta:** 825.000.000<br>**Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO<br>**Empresa Aseguradora:** Seguros Segesa<br>**Monto total asegurado Gs.:** 60.000.000<br>**Vigencia de la Póliza:** De 25/08/2023 a 22/12/2023, 119 días |

| Oferentes | Páginas foliadas | Constancia del SIPE N° | Muestras |
|---|---|---|---|
| DYSA HEALTHCARE S.A. | 12 | 1757186 | NO |
| LCM SOCIEDAD ANÓNIMA | 68 | 1756983 | NO |
| EDISON S.R.L. | 15 | 1757179 | NO |

Se anexan las observaciones de las Empresas: LCM Sociedad Anónima, representada por el Lic. Daniel Samaniego, Gerente de Licitaciones y de la empresa DYSA Healthcare SA, representada por el Sr. Blas Garcia.

## 5. Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:55 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Daniel Samaniego
LCM Sociedad Anónima

Blas Garcia
Enc. de Licitaciones
DYSA HEALTHCARE

Lic. Gonzalez Lesmo
Unidad Operativa de Contrataciones
Instituto Nacional del Cáncer

Econ. Yanina Alvarez
UOC - Presupuesto
Instituto Nacional del Cáncer

1.3

Empresa DYSA Healthcare SA

Representante: Blas García.

Blas García
Anc. de Licitaciones

Sobre el PBC y su direccionamiento a LCM SA
- Este llamado se encuentra viciado de nulidad. El unico oferente capaz de cumplir las EETT es LCM. SA, puesto que el equipo ofertado marca Nihon Khoden es el único que puede cumplir los siguientes puntos

4.19 Terapia O2: flujo continuo de 1 a 60 L/min de O2. Concentración de FIO2 del 21 al 100 % vol.

5.3. CPAP. Espontaneo con linea de base elevada (PS)

5.7. Terapia O2 de bajo y alto flujo o terapia de O2 (1 a 60 L/min)

6.6. Frecuencias Respiratoria total y espontanea de 0 a 200/min ornogar

8.2. Suministro de gas O2 desde 25 psi o menor hasta llegar 87 psi a mayor. Por otro lado se evidencia más que este llamado fue hecho a medida del oferente LCM ya que en el apartado de experiencia requerida se solicito nada más experiencia en Provision de Equipos Medicos, todo esto teniendo en cuenta que LCM no tiene experiencia en provision de ventiladores pulmonares y por ende no tiene personal con experiencia en instalacion y mantenimientos de estos equipos Sería lamentable que la NUEVA ADMINISTRACION arranque con este tipo de problemas donde existe transparencia en el proceso licitatorio. Este es un llamado de atencion a las nuevas autoridades para que no se dejen engañar y no se repitan vicios del pasado

Desde ya nos reservamos el derecho de remitir costos antecedentes a la DNCP para que inicie de oficio y se deje evidenciado el atropello a los principios basicos de las Contrataciones Publicas.

La CONVOCANTE TIENE FACULTAD DE SUSPENDER ESTE PROCESO Y ASI EVITAR UNA INVESTIGACIÓN DE OFICIO Y UN ESCANDALO MEDIÁTICO.

Blas García

Blas García
Enc. de Licitaciones

DYSA HEALTHCARE

* Empresa: Edison S.R.L. 3.3.

* Observaciones:

- La carpeta de oferta no contiene las planillas de CETT, ni catálogos, ni manuales donde se pueda corroborar el cumplimiento de las CETT. —

- No presenta documentos que demuestren experiencia ni capacidad técnica. —

- De catálogos y manuales obtenidos de la página web del fabricante verificamos que no cumple los sgtes. puntos:

- Item 4.18 donde dice "Terapia $O_2$: flujo continuo de 1 a 60 l/min de $O_2$. Concentración de $FiO_2$ de 21% al 100% vol", no cumple siendo el valor del equipo ofertado por Edison de 2 a 60 l/min. —

* Item 5.7 "Terapia $O_2$ de Bajo y Alto flujo o Terapia de $O_2$ (1 a 60 l/min)", no cumple, siendo el rango del equipo ofertado de 2 a 60 l/min.

* Item 6.6 "Frecuencia Respiratoria total y espontánea, de 0 a 200 l/min o mejor", no cumple siendo el rango de 1 a 150 l/min del equipo ofertado. —

* Item 5.3 "CPAP espontáneo con línea de base elevada (PS)", no cumple ya que el equipo ofertado por Edison solo tiene CPAP o nCPAP. —

Blas García
Enc. de Licitaciones
DYSA HEALTHCARE SOCIEDAD ANÓNIMA
Blas García

Empresa: LCM Sociedad Anónima

Observaciones:

La firma DYSA HEALTHCARE S.A. según se puede apreciar en el Acta de Subasta Electrónica cotiza la Marca IMT Medical que en su modelo Bellavista 1000, en su página web oficial se puede apreciar especificaciones técnicas y de acuerdo a lo solicitado en el PBC no cumplirían con:

- Piden volumen corriente de 20 o menor a 3000 o mayor el equipo ofertado solo va hasta 2500ml no cumple.
- Además en el punto 6.8 piden Volumen Corriente VT Insp., VTe esp., VT spon de 0 a 3500ml o mejor. el equipo cotizado solo alcanza hasta 2500 ml.
- Además en el 6.21 piden Presión Inspiratoria negativa (NIF) de 0 a -60 cmH20 o mejor. El equipo cotizado tiene parámetros de 0 a -50 mbar, equivalente a 50,98 cmH20 por tanto no cumple.
- La firma DYSA HEALTHCARE S.A. no presentó [redacted] Formulario de Declaración de Miembros solicitado en el PBC como parte de los documentos de la oferta.

La firma EDISON S.R.L. cotiza la marca MINDRAY modelo SV300, que según se puede observar en catálogos de web oficial del fabricante no cumple con:

- Piden Terapia de O2: Flujo continuo de 1 a 60 l/min de O2, el equipo cotizado cuenta con parámetro de 2 a 60 l/min por tanto no cumple
- Piden capacidad de almacenar 10.000 eventos o mejor, el equipo cotizado, solo permite almacenar 5000 eventos por tanto NO CUMPLE

Lic. Daniel Samaniego
Gerente de Licitaciones