MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica
Dirección Biomédica – Taller y Deposito Central.

Yegros Nº 748 e/ Herrera y F. R. Moreno [illegible] Int 104
Venezuela [illegible] Tel 290122

INFORME TÉCNICO
CD Nº 29 / 2013: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y FARMACÉUTICOS EN HOSPITALES"–ID Nº 261.256.

A: COMITÉ de ADJUDICACIÓN DE LA CD Nº 29/2013

DE: Adolfo Maldonado, Director
Dirección Biomédica, D.G.G.I.E.S.

Referencia: **Informe de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de ofertas, respecto a la CD Nº 29/2013: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS"–ID 261.256.**

Fecha: 11 de junio del 2013

Me dirijo a ustedes, a fin de enviar la siguiente aclaración de Informe Técnico en referencia a la **CD Nº 29 / 2013 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS". ID 261.256.**

ITEM 1: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos.

Se informa que la primera mejor oferta corresponde a la empresa **GRUPO MULTICOM S.A.**, y se procede a estudiar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de este ítem.

Código de Catálogo	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCL.	% del precio ref.
73171602-001	1	20.000.000	20.000.000	0

Especificaciones Técnicas Mínimas	CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y FARMACEUTICOS		
Lugar de Instalación: HR CNEL. OVIEDO		
MARCA: NEWSTER		
MODELO: NEWSTER 10		
Número de Serie: 264		
Número de Patrimonio: 011-456-02-8002		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
Provisión y Montaje del Sistema de Rodamientos	CUMPLE	
Provisión y Montaje de cuchillas y porta cuchillas	CUMPLE	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Limpieza general del equipo	CUMPLE	
Verificación del funcionamiento del equipo	CUMPLE	
Capacitación del uso correcto del equipo	CUMPLE	
Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	CUMPLE	
Garantía por el trabajo realizado por el término de 4 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **GRUPO MULTICOM S.A.**, cumple con todos los requerimientos técnicos del PBC en este ítem.

ITEM 2: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos.

Se informa que la primera mejor oferta corresponde a la empresa **GRUPO MULTICOM S.A.**, y se procede a estudiar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de este ítem.

Código de Catálogo	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCL.	% del precio ref.
73171602-001	1	20.000.000	20.000.000	0

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y FARMACEUTICOS		
Lugar de Instalación: HR SAN PEDRO DEL YKUAMANDIJY		
MARCA: NEWSTER		
MODELO: NEWSTER 10		
Número de Serie: 265		
Número de Patrimonio: 011-456-02-8000		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
Provisión y Montaje del Sistema de Rodamientos	CUMPLE	
Provisión y Montaje de cuchillas y porta cuchillas	CUMPLE	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Limpieza general del equipo	CUMPLE	
Verificación del funcionamiento del equipo	CUMPLE	
Capacitación del uso correcto del equipo	CUMPLE	
Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	CUMPLE	
Garantía por el trabajo realizado por el término de 4 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **MULTICOM SA**, cumple con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC, para este ítem.

ITEM 3: Servicio de reparación y mantenimiento de equipos médicos.

Se informa que la primera mejor oferta corresponde a la empresa **GRUPO MULTICOM S.A.**, y se procede a estudiar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de este ítem.

Código de Catálogo	CANT.	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	PRECIO TOTAL IVA INCL.	% del precio ref.
73171602-001	1	20.000.000	20.000.000	0

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dirección Biomédica
Dirección Biomédica – Taller y Deposito Central.
Yegros N° 748 e/ Herrera y F. R. Moreno Tel. 441666 Int 104
Venezuela 1492 Cel. 290122

Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
EQUIPO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y FARMACEUTICOS		
Lugar de Instalación: HR ENCARNACION		
MARCA: NEWSTER		
MODELO: NEWSTER 10		
Número de Serie: 266		
Número de Patrimonio: 011-456-02-8001		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
Provisión y Montaje del Sistema de Rodamientos	CUMPLE	
Provisión y Montaje de cuchillas y porta cuchillas	CUMPLE	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Limpieza general del equipo	CUMPLE	
Verificación del funcionamiento del equipo	CUMPLE	
Capacitación del uso correcto del equipo	CUMPLE	
Dejar el equipo instalado y en funcionamiento	CUMPLE	
Garantía por el trabajo realizado por el término de 4 meses, desde la puesta en funcionamiento después del servicio de mantenimiento.	CUMPLE	

Se informa que el equipo ofertado por la empresa **MULTICOM SA**, cumple con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas del PBC, para este ítem.

Atentamente

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica