CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/2013 - SBE "ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" - I.D. Nº 258.736.-

Item	Código de Catalogo	Descripciòn	Precio Unitario Referencia		Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Variación	RECOMENDACIÓN
1	42222002-001	Bomba de Infusión a Jeringa	3.000.000	1	ELIZECHE SAC	MINDRAY	CHINA	5	3.650.000	18.250.000	22	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ELIZECHE SAC, Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUINETE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 200 ml./hora como minimo). EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: JERINGA DE 5 ML: 0,1-100 ML/H. NO CUMPLE ; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA ELIZECHE SAC POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESSA SCARPE S.R.L., SE VERIFICA QUE NO CUMPLE EN EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: Amplio intervalo para seleccionar velocidades de flujos desde muy baja hasta muy alta (desde 0.1 ml./hora hasta 200 ml./hora como minimo). EL EQUIPO OFERTADO NO CUMPLE EN EL SIGUIENTE REQUERIMIENTO: JERINGA DE 5 ML: 0,1-100 ML/H. NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMRESA SCARPE S.R.L. POR NO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA TERCERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÒN.
				2	SCARPE S.R.L.	SHENKE MEDICAL	CHINA		3.900.000	19.500.000	30	
				3	ARGON S.R.L.	HAWMED	CHINA		4.950.000	24.750.000	65	
				4	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	PERFUSOR COMPACT	ALEMANIA		5.200.000	26.000.000	73	
2	42191807-002	Cama manual para paciente	9.300.000	1	ARGON S.R.L.	SIGMA-CARE	TAIWAN	6	10.500.000	63.000.000	13	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO ES UNA CAMA ELECTRICA Y SE REQUIERE UNA CAMA MANUAL. ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMRESA ARGON S.R.L. SEGUIDAMENTE SE ESTUDIA LA SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA IMESES S.A. PERO SE VERIFICA QUE EL PRECIO DEL EQUIPO OFERTADO SOBREPASA EL 99% DEL PRECIO REFERENCIAL ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA, QUEDANDO DESIERTO ESTE ÍTEM.
				2	IMESE S.A.	HILL ROM	USA		18.500.000	111.000.000	99	
3	42172101-004	Carro de paro	3.500.000	1	ARGON S.R.L.	ESTRELLA	PARAGUAY	2	4.950.000	9.900.000	41	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L. POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
4	42201503-004	Chasis con pantalla reforzadora radiologico medida 35*35	1.800.000	1	DEZETA S.A.	MEDTRUE	CHINA	3	990.000	2.970.000	-45	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA DEZETA S.A. POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
				2	JACK FACK S.R.L.	KIRAN	INDIA		1.867.140	5.601.420	4	

Miguel León
COORDINADOR - UTA

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/2013 - SBE "ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" - I.D. Nº 258.736.-

Item	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial		Razón Social Oferente	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Variación	RECOMENDACIÓN
5	42201503-004	Chasis con pantalla reforzadora radiologico medida 35*43	2.000.000	1	DEZETA S.A.	MEDTRUE	CHINA	3	1.100.000	3.300.000	-45	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA DEZETA S.A. POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
				2	JACK FACK S.R.L.	KIRAN	INDIA		2.158.090	6.474.270	8	
[redacted]												
7	40161701-001	Centrifuga	4.800.000	1	ARGON S.R.L.	GEMMY	TAIWAN	3	6.833.300	20.499.900	42	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
				2	SCARPE S.R.L.	QUIMIS	BRASIL		6.833.333	20.499.999	42	
				3	GT SCIENTIFIC S.A.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA		8.923.856	26.771.568	86	
8	42204002-002	Delantales de plomo para proteccion radiologica	2.200.000	1	JACK FACK S.R.L.	KIRAN	INDIA	3	1.309.000	3.927.000	-41	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA JACK FACK S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA JACK FACK S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
9	41104506-002	Estufa de esterilización	4.500.000	1	SCARPE S.R.L.	QUIMIS	BRASIL	1	5.500.000	5.500.000	22	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA SCARPE S.R.L., Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Reloj interruptor de 0 a 24 Hs. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: NO TIENE EL CUMPLIMIENTO DE RELOJ INTERRUPTOR. NO CUMPLE, ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA SCARPE S.R.L. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESSA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC, ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÓN. TAMBIÉN SE INFORMA QUE EL EQUIPO ESTUFA DE ESTERILIZACIÓN TIENE LA FUNCIÓN DE ESTERILIZAR INSTRUMENTALES QUIRURGICOS, INSUMOS Y TEXTILES UTILIZADOS EN VARIOS SERVICIOS DE ESTA DEPENDENCIA HOSPITALARIA. SIN ESTE EQUIPO NO PODRÁN SER ESTERILIZADOS ESTOS INSTRUMENTALES, INSUMOS Y TEXTILES, QUEDANDO AFECTADA LOS SERVICIOS DE QUIROFANO, LABORATORIO, UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SALAS DE INTERNADOS, Y SIN ESTE EQUIPO SE DEBERÁ CERRAR TODOS ESTOS SERVICIOS Y CORRERÁN PELIGRO DE MUERTE LOS PACIENTES SIN EL SERVICIO DE QUIROFANO Y UTI.
				2	ARGON S.R.L.	GEMMY	TAIWAN	1	6.499.000	6.499.000	44	
				3	GT SCIENTIFIC S.A.	AUXILAB	ESPAÑA	1	11.182.830	11.182.830	149	

Miguel León
CONSULTOR-UTA

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/2013 - SBE "ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" - I.D. Nº 258.736.-

Item	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial		Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Varia-ción	RECOMENDACIÓN
10	42191709-003	Flujometro	400.000	1	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	AMVEX	CANADA	7	418.000	2.926.000	5	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
				2	ARGON S.R.L.	PHASCO	TAIWAN		440.000	3.080.000	10	
[redacted]												
12	42191709-006	Regulador de vacio	990.000	1	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	GCE	REP. CHECA	14	1.265.000	17.710.000	28	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÓN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PBC.
				2	ARGON S.R.L.	PHASCO	TAIWAN		1.374.929	19.249.006	39	

Miguel León
COORDINADOR - UTA

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/2013 - SBE "ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" - I.D. Nº 258.736.-

Item	Código de Catalogo	Descripción	Precio Unitario Referencial		Empresas Oferentes	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Variación	RECOMENDACIÓN
13	42181904-002	Monitor multiparametrico	12.000.000	1	DEZETA S.A.	BIOCARE	CHINA	6	14.520.000	87.120.000	21	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: Modo curvas para papel 25 y 50 mm/s. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 0.5 A 25 Hz. NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA DEZETA S.A. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L., SE INFORMA QUE SE REALIZO UNA CONSULTA SEGÚN NOTA DA IMT Nº 189/2013 EN DONDE SE REQUIERE LAS SIGUIENTES ACLARACIONES: Presión invasiva; Instalación del equipo y soporte en la institución designada y capacitación de uso y de servicio técnico (detección de fallas, testeo y calibración) del mismo a usuarios y a técnicos correspondientes, incluir todos los materiales necesarios; Garantizar la provisión de repuestos y accesorios por lo menos 10 años despues de la adquisición del equipo. LA EMPRESA ARGON S.R.L. RESPONDIÒ A LA CONSULTA DE LA SIGUIENTE FORMA: EL EQUIPO OFERTADO TIENE LAS CARACTERISTICAS DE PRESIÒN INVASIVA; LA EMPRESA ARGÒN S.R.L. INSTALARÀ Y DARÀ SOPORTE EN LA INSTITUCIÒN DESIGNADA, Y DARÀ CAPACITACIÒN DE USO Y DE SERVICIO TÈCNICO DEL MISMO A USUARIOS Y TÈCNICOS, INCLUYENDO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS; LA EMPRESA GARANTIZA LA PROVISÒN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR LO MENOS 10 (DIEZ) AÑOS DESPUES DE LA ADQUISICIÒN DEL EQUIPO. SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L. CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC, ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÓN. SE INFORMA ADEMÁS QUE EL MONITOR MULTIPARAMETRICO TIENE LA FUNCIÒN DE MONITOREAR EL ESTADO DEL PACIENTE, COMO TEMPERATURA, PRESIÒN NO INVASIVA, PRESIÒN INVASIVA, ELECTROCARDIOGRAMA, RESPIRACIÒN, OXIMETRÍA DE PULSO QUE SON DATOS O INFORMACIONES VITALES PARA EL ESTADO DE UN PACIENTE EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA. SIN ESTE EQUIPO NO SE PODRÀ HBILITAR CAMA O LUGAR PARA PACIENTES EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA QUEDANDO AFECTADO LOS PACIENTES QUE REQUIERAN DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y SIN ESA ATENCIÒN PRODUCIRA EL FALLECIMIENTO DEL PACIENTE.
				2	ARGON S.R.L.	EDAN	CHINA		18.650.000	111.900.000	55	
				3	ELIZECHE SAC	MINDRAY	CHINA		19.500.000	117.000.000	63	
				4	STEVEN S S.A.	VOTEM	KOREA		26.666.666	159.999.996	122	
14	42191705-001	Panel de alarma visual y acustica para gas mèdico	9.000.000	1	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	OHIO	USA	1	11.000.000	11.000.000	22	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
15	42203702-001	Procesadora automatica de placas radiograficas	48.000.000	1	DEZETA S.A.	PROTEC	ALEMANIA	1	23.100.000	23.100.000	-52	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA DEZETA S.A.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
				2	JACK FACK S.R.L.	JPI HEALTHCARE	KOREA		31.946.200	31.946.200	-33	

Miguel León
COMPRADOR - UTA

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/2013 - SBE "ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" - I.D. Nº 258.736.-

Item	Código de Catálogo	Descripción	Precio Referencial Adjudicación	Empresas Oferentes		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Oferta	Total	% Valoración	RECOMENDACIÓN
17	42181515-007	Riñonera medida 25 cms.	50.000	1	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	B BRAUN AESCULAP	ALEMANIA	10	56.841	568.410	14	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
				2	ARGON S.R.L.	FAMIITA	BRASIL		300.000	3.000.000	500	
18	42181515-007	Riñonera medida 30 cms.	55.000	1	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	B BRAUN AESCULAP	ALEMANIA	10	59.750	597.500	9	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO NO CUMPLE EN EL SIGUIENTE PUNTO: Medida: 30 cm, EL EQUIPO OFERTADO TIENE UNA MEDIDA DE 27 CMS. NO CUMPLE. ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. PORQUE NO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SEGUIDAMENTE SE ESTUDIA LA SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC ENTONCES SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN A LA EMPRESA ARGON S.R.L.
				2	ARGON S.R.L.	FAMIITA	BRASIL		59.849	598.490	9	
19	42181801-001	Oximetro de pulso Adulto	2.000.000	1	DEZETA S.A.	BIOCARE	CHINA	4	2.237.500	8.950.000	12	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 1. Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 70 HS. NO CUMPLE. 2. SPO2/ RANGO: 0-100% o mejor. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 35-99% NO CUMPLE. 3. Rangos: 25-254 bpm o mejor. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 30 A 240 bpm.NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA DEZETA S.A. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA STEVEN S S.A. Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 1. Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 72 HS. NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA STEVEN S S.A. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE PROCEDE A ESTUDIAR LA TERCERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L. CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC, ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÒN. SE INFORMA ADEMÁS QUE EL EQUIPO OXIMETRO DE PULSO TIENE LA FUNCIÒN DE MEDIR LA CANTIDAD DE OXIGENO EN EL PULSO SANGUINEO, ESTE EQUIPO MONITOREA A UN PACIENTE CRÙTICO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS Y SALAS DE INTERNACIÒN. SIN ESTE EQUIPO LOS PROFESIONALES DE SALUD NO PODRÁN MONITOREAR EL ESTADO DE UN PACIENTE Y ASÌ NO PODRÁ RECIBIR LA ATENCIÒN MÉDICA NECESARIA.
				2	STEVEN S S.A.	VOTEM	KOREA		2.920.000	11.680.000	46	
				3	ARGON S.R.L.	EDAN	CHINA		2.932.475	11.729.900	47	

Miguel León

Eliseo González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO 03/2013 - SBE "ADQUISICIÒN DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO" - I.D. Nº 258.736.-

Item	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario Referencial	Empresas Oferentes		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Total	% Variación	RECOMENDACIÓN
20	42181801-001	Oximetro de pulso Pediátrico	2.000.000	1	STEVEN S S.A.	VOTEM	KOREA	4	2.745.000	10.980.000	37	SE ESTUDIA PRIMERAMENTE LA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE VERIFICA QUE NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE PUNTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS: 1. Capacidad de almacenaje de datos de 300 horas o mas. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 70 HS. NO CUMPLE. 2. SPO2/ RANGO: 0-100% o mejor. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMEINTO POR: 35-99% NO CUMPLE. 3. Rangos: 25-254 bpm o mejor. EL EQUIPO OFERTADO NO DISPONE DEL CUMPLIMIENTO POR: 30 A 240 bpm.NO CUMPLE; ENTONCES SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA DE LA EMPRESA DEZETA S.A. POR NO CUMPLIR TOTALMENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC. SE ESTUDIA LA SIGUIENTE SEGUNDA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA ARGON S.R.L. SE VERIFICA QUE EL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA ARGON S.R.L. CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC, ENTONCES SE RECOMIENDA SU ADJUDICACIÒN. SE INFORMA ADEMÁS QUE EL EQUIPO OXIMETRO DE PULSO TIENE LA FUNCIÓN DE MEDIR LA CANTIDAD DE OXIGENO EN EL PULSO SANGUINEO, ESTE EQUIPO MONITOREA A UN PACIENTE CRÍTICO DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA, URGENCIAS Y SALAS DE INTERNACIÒN. SIN ESTE EQUIPO LOS PROFESIONALES DE SALUD NO PODRÁN MONITOREAR EL ESTADO DE UN PACIENTE Y ASÍ NO PODRÁ RECIBIR LA ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA.
				2	DEZETA S.A.	BIOCA RE	CHINA		2.293.500	9.174.000	15	
				3	ARGON S.R.L.	EDAN	CHINA		2.749.975	10.999.900	37	
21	42192210-001	Silla de Ruedas	468.000	1	DEZETA S.A.	MEDTRUE	CHINA	5	525.000	2.625.000	12	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA DEZETA S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA DEZETA S.A.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
				2	ARGON S.R.L.	CARCI	BRASIL		1.320.000	6.600.000	182	
22	42171910-001	Caja de separadores	16.000.000	1	B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.	B BRAUN AESCULAP	ALEMANIA	1	13.206.079	13.206.079	-17	SE ESTUDIA LA PRIMERA MEJOR OFERTA QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. Y SE RECOMIENDA LA ADJUDICACIÒN DEL EQUIPO OFERTADO POR LA EMPRESA B BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.POR CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÈCNICAS DEL PBC.
				2	ARGON S.R.L.	LAWTON	ALEMANIA		30.000.000	30.000.000	88	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Miguel León
Coordinador UTA

Elías González
Jefe de Mant. Biomédico
IMT

Téc. Sup. Adolfo Maldonado
Director
Dirección Biomédica