CONSULTAS SBE No. 18/2016 Ministerio de Justicia y Trabajo 28/11/16 8:00 hs
ID: 319274

1- ITEM 1 Sillon Odontologico Completo:

- Necesitamos aclaración acerca del término utilizado "PLATINA" . Se refieren a la Unidad Dental?
- *El brazo de la unidad dental (platina) debe ser : con freno mecánico o neumático? El mecánico resta eficacia*
- *La unidad dental: debe contar con 1 Jeringa Triple , 1 terminal para alta rotación y 1 terminal para baja rotación?. Determinar si debe incluirse 1 Turbina, 1 Micromotor y 1 contrangulo?*
- *PRECISAR SI VAN A SOLICITAR de 1 Pieza Recta? PARA COMPLETAR EL KIT DE PIEZAS*
- *La Jeringa Triple puede ser de Latón?*
- *La salivadera: debe tener 1 o 2 suctores? Precisar si necesitaran Jeringa triple auxiliar?*
- *La estructura de los sillones : son generalmente de ACERO con tratamiento anticorrosivo. Podrian aclarar porqué la estructura debe ser integramente de acero inoxidable. No se conoce productos integramente de acero inox.-*
- *La cobertura podría ser poliuretano inyectado de alta resistencia?*
- El sillón debera necesitar fijación al piso si o no?
- El consultorio (sillón, salivadero, y mesa de mando) debe ser ambidiestro?
- El reflector debera tener *Cabezal giratorio con un minimo de 620º ?*
- La caja de ligaciones debería estar separada del sillón para evitar el contacto de la humedad con la placa? Si o NO?
- *El reflector podría ser con luz LEDS?. Como alternativa de la lampara halogeno ??, ya que actualmente los fabricantes de consultorios utilizan la tecnología LED por su características Además los repuestos de los Halogenos ya están descontinuados.*
- *El repaldo del sillón puede ser de ACERO integramente ?. Para soportar peso y esfuerzo. El respaldo metálico es muy general y puede ser un metal frágil*
- *El apoya brazo puede ser de acero con recubierto plástico? para facilitar la limpieza y desinfección*
- *El apoya brazos debe ser derecho e izquierdo?*
- *El reflector puede ser con ajuste gradual de intensidad entre 14.000 a 20.000 lux?*
- *La lampara del reflector pueden ser H3? . Esta lampara es de fácil acceso en todo el mercado y rápido recambio*
- *La bacha podría ser de cerámica??, El material poliester no ofrece la estética a largo plazo porque se mancha con los agentes de limpieza*

2- ITEM 3 y 4 Turbina y Micromotor:

- *El micromotor y el contrangulo podría ser sistema INTRA? ya que el sistema intra cuenta con mas cantidad de piezas de manos compatibles en el mercado*

3- ITEM 5 Aparato de RX

- *El Rayos X podría ser de 70KV con corriente de 7mA? por evitar mayor exposición a la radiación?*

4- ITEM 6 Compresor

- *El filtro del compresor que solicitan como accesorio es de ASPIRACION o FILTRO DE SALIDA DE AIRE?*

5- ITEM 8 Dispositivo de Luz:

- *Podrían dar mas especificaciones técnicas del dispositivo de luz?*

- La fabricación de los equipos podrían enmarcarse dentro de una antigüedad de 2 años como minimo?

- La capacidad de Provision del oferente como Representante Exclusivo podria ser mayor a 10 años como mínimo?

- Para realizar la pre-instalación (cañerías de alimentación de agua y desague – Sistema de alimentación eléctrica). Podrían precisar o determinar las direcciones en cada ciudad, numero de teléfono y contacto. Podrían incluir los planos correspondientes de cada hospital, unidad sanitaria, o puesto sanitario en donde se vea la instalación eléctrica, desague, plomeria existente o lo que se debe realizar para el presupuesto de cada oferta? Calculo de los precios.

- El plan de entregas solicitan: " 30 (treinta) días calendario (corridos) posteriores a la firma del contrato. Podrian extender este plazo a 90 días debido a que en 30 días es muy difícil para los fabricanntes contar con equipos delicados y la importación es inviable.-

- Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación de las ofertas, seria útil que la Convocante solicitara en la etapa de evaluación a todos los oferentes, el montaje de los equipos y sus accesorios que crea necesario, tal como se presentan en las ofertas . Para ello seria vital que la convocante establezca lugar, día y hora del montaje para la verificación.

Todos los oferentes podrían estar presentes en el momento de la verificación junto con el comité evaluador . La verificación se podría hacer dentro de un plazo de 5 o 7 dias, posterior a la presentación de las ofertas. De ese modo evitar inconvenientes, antes de ser adjudicados, con la calidad y cantidad de los mismos. Además si esta verificación es realizada solamente luego de la firma del contrato y fuera rechazada, ocasionará un gran perjuicio a ambas partes. Si la verificación es realizada de la forma sugerida, el proveedor que no cumpla en esta revisión (pre evaluación) ya no necesitará guardar los equipos, pues ya no los podrá entregar. Todos los bienes tienen un plazo de entrega muy corto, por eso es muy importante que esta verificación sea realizada inmediatamente luego de la presentación de las ofertas. Qué sentido tiene que el comité evalue una oferta que no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas?