Sección II – Punto 1 – Especificaciones Técnicas

En la EETT del ítem 6 menciona:
Cateter Intravenoso Periferico N° 18 de resina poliuretano 100% (BIOMATERIAL) Libre de DEHP (DI-ETILHEXIL-FTALATO) Radiopaco, Esteril Triscelado.
En la EETT del ítem 7 menciona:
Cateter Intravenoso Periferico N° 20 de resina poliuretano 100% (BIOMATERIAL) Libre de DEHP (DI-ETILHEXIL-FTALATO) Radiopaco, Esteril Triscelado.
En la EETT del ítem 8 menciona:
Cateter Intravenoso Periferico N° 22 de resina poliuretano 100% (BIOMATERIAL) Libre de DEHP (DI-ETILHEXIL-FTALATO) Radiopaco, Esteril Triscelado.
En la EETT del ítem 15 menciona:
Equipo de POLIFIX de 2 vias con Clamp en sobres individuales esteriles.
En la EETT del ítem 16 menciona:
Equipo Macrogotero a rosca con aguja con inyector Lateral, apirogeno, desechable libre de Latex, en sobre esteril de 170cm como minimo.

En consiguiente se realiza la siguiente observación y citamos las disposiciones indicadas en la LEY 4659 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES":

En la Pág. N° 3/6 indica:
En fluidoterapia intravenoso, los envases deberán asegurar la esterilidad del fluido suministrado durante la recepción del paciente en su tratamiento mediante sistemas cerrados de infusión.

e) Adecuarse a las condiciones anatómicas, fisiológicas y estado de salud del trabajador, asegurando la compatibilidad en caso de la utilización de varios equipos en forma simultanea, asegurando un sistema cerrado para protección del trabajador.

En la Pág. N° 6/8 indica:
Articulo 13: Queda terminantemente prohibida la adquisicion por parte de los centros y establecimientos sanitarios publicos y privados del pais de dispositivos medicos, equipos, materiales cortopunzantes o equipos de proteccion individual no seguros, en virtud al principio de seguridad de los profesionales y trabajadores de la salud (enfermeras, medicos y otros) y pacientes.

Teniendo en cuenta lo establecido por la Ley 4659 en donde se solicita que los dispositivos o insumos a ser utilizados deben contar con la característica de sistema cerrado y poseer dispositivos de seguridad para del paciente y el trabajador; solicitamos puedan rever y modificar las especificaciones técnicas en el Pliego de BASES Y CONDICIONES de acuerdo al siguiente detalle

ITEM 6:
Catéter Intravenoso Periférico N° 18 G x 1 1/4". con 1,3mm de luz interna y 32mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, que permita flujos iguales a 105 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

ITEM 7:
Catéter Intravenoso Periférico N° 20 G x 1 1/4". con 1,1mm de luz interna y 32mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, que permita flujos iguales a 60 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

ITEM 8:
Catéter Intravenoso Periférico N° 22 G x 1". con 0,9mm de luz interna y 25mm (+-1) de longitud, de resina de poliuretano 100% (biomaterial) libre de DEHP (Detilhexil-ftalato), radiopaco, estéril, doble cámara de reflujo, que permita flujos iguales a 35 ml /min, con bisel bi-angulado y trifacetado, hemocompatible, trombo resistente, termosensible. Con protector de bioseguridad automático. En sobre individuales estériles por óxido de etileno

ITEM 15:
Equipos de Polifix de 2 vías con clamp, en sobres individuales, estériles. Adulto. Para adaptación intermediaria y administración simultánea de soluciones parenterales compatibles; tubo en PVC, libre de DEHP, transparente; para conexión con el paciente, 2 conexiones distales con válvulas libres de agujas (válvulas para administración de medicación intermitentes sin la necesidad del uso de agujas, compatible con conexiones Luer Lock y Luer Slip, superficie lisa, libre de metales, transparente); libre de látex. Sistema Cerrado.

ITEM 16:
Equipo Macrogotero de 20 gotas por ml , de 180cm (+-10cm) de largo, libre de DEHP (Di-etilhexil-ftalato), químicamente inerte y toxicológicamente seguro, cámara de goteo con filtro de aire de 2 micras, transparente y flexible con freno de aire en la base de la camara que impida el ingreso de aire en el tubo al terminar la solución del contenedor; y filtro de Partículas de 15 micras en la base de la cámara de goteo, con abrazadera tipo rodillo y conexión Presión/Rosca, con tapa con filtro hidrófugo para cebado automático y puerto de inyección lateral en "Y" para uso de jeringa sin aguja. En empaque estéril.