LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00775

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06, 02, 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #1 Item 1, Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Item 6 Limpieza de camara de esterilizacion Item 2,3,4,5 Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de caldera Item 9,10,11,1. Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de paso de vapor; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado; Limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Item 13, mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 06-FEBRERO-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

Los presentes cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00776

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. LOPEZ y Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA: SAKURA
MODELO: AHS-B09E	SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06, 02, 2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #2, Item 1, Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Item 6 Limpieza de cámara de esterilización Item 2,3,4,5 Limpieza de línea hidraulica, Limpieza de línea de vacío; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de caldera Item 8, 10, 11, 12, Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua, Limpieza, ajuste y calibración de poso de vapor; Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada desecado Limpieza y verificación de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS: Item 13 mano de obra calificada

Observación:

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 06-FEBRERO-2020.	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

... efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00777

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal Lopez c/ Cnel. Cazal - S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA:	SERCOM
MODELO:	THM	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 ,02 ,2020

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #3 Item 1 limpieza exterior del equipo, Sala de maquinas Item 6 limpieza de cámara de esterilización Item 2,3,4,5 limpieza de línea hidraulica, limpieza de línea de vacío, limpieza de línea de vapor, limpieza de caldera. Item 9,10,11,12 limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua, limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada disposo de vapor, limpieza, ajuste y calibración de válvula de secado, limpieza y verificación de válvula de seguridad. Item 13 mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

LIC. MERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 06-FEBRERO-2020	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

...o de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.

LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Otras actividades especializadas de construcción
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Comercio al por mayor de otros productos

Tte. Smith N° 6274
Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127 - E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

TIMBRADO Nº 13659345
Fecha Inicio Vigencia: 24 / 09 / 2019
Fecha Fin Vigencia: 30 / 09 / 2020
RUC: 1399604-5
FACTURA

N° 001 - 001 -0000309

FECHA DE EMISIÓN: 19- FEBRERO - 2020 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

SEÑOR(ES): FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA | PLAZO:

DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal SL. | TELÉFONO:

RUC / C.I. N°: 80001180-5 | NOTA DE REMISIÓN N°: | FECHA:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
3	Mantenimiento preventivo autoclave				
	marca SAKURA lote 1 Item 1,6,13 OS: 1419	395200			1.185.600
6	Mant. Preventivo autoclave marca				
	SAKURA lote 1 Item 2,3,4,5 OS: 1419	265200			1591.200
4	Mant. Preventivo autoclave marca				
	SAKURA lote 1 Item 9,10,11,12 OS: 1419	132080			528 320
3	Mant. preventivo autoclave marca				
	SAKURA lote 2 Item 1,6,13 OS: 1419	395 200			1.185.600.
6	Mant. preventivo autoclave marca SAKURA				
	lote 2 Item 2,3,4,5 OS 1419	265200			1.591.200-
4	Mant. preventivo autoclave marca				
	SAKURA lote 2 Item 9,10,11,12 OS: 1419	132080			528 320
3	Mant. preventivo autoclave marca				
	SERCOM lote 3 Item 1,6,13 OS: 1419	395200			1.185 600
6	Mant. preventivo autoclave marca.				
	SERCOM lote 3 Item 2,3,4,5 OS: 1419	265200			1.591.200.
4	Mant. preventivo autoclave marca				
	SERCOM lote 3 Item 9,10,11,12 OS: 1419	132080			528.320
	SUB TOTAL				9.915.360
	TOTAL A PAGAR: Nueve millones novecientos quince mil trescientos				9.915 360

Tipo Presup.	1
Programa	1
Sub. Prog.	0
Actividad	04
Fuente Financ.	10
Dpto.	0
Org. Financ.	1
Obj. Gastos	
CDP N°	446

sesenta

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 901396 TOTAL 901396

Habilitación N° 1128
Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central
Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 1 Tal. 50 x 3 del 0301 al 0350 - IX - 2019.-

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: No válido para Crédito Fiscal

19.068.000

Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MOP y CC 317	19/11/2019	
FIRMA PROVEEDOR	FECHA DE RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR	FIRMA POR LA ENTIDAD Prof. Dr. LAURENTINO DARIO MONGES Decano Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Obs. 1. Todos los cuadros del presente documento, a los efectos de su validez, deben ser debidamente llenados y firmados, según corresponda.