José Asunción Flores 2548 c/ Avd. Gral. Santos

Asunción, Paraguay

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Cliente: Hospital de Clínicas

Equipo: *M. de Hemodiálisis*

Modelo: *Dialog Plus*

N° de serie: 235341

Servicio: Nefro Adultos

Fecha: 21 DIC 2022

Hora: .....

N° de patrimonio: .....

Ticket/Orden N°: .....

Horas de uso: .....

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Mantenimiento correctivo ☐ Sin repuestos ☒ con repuestos

...Instalación de repuestos, verificación.

.....

Ítem/código	Descripción	Cantidad
Ítem 1/lote 9	Mano de obra – mantenimiento correctivo	1 unid
Ítem 2 /lote 9	kit de reparación válvula de desinfección.	1 unid
Ítem 3 /lote 9	kit de mantenimiento anual	1 unid
Ítem 4 /lote 9	Alojamiento de válvula	1 unid
Ítem 5 /lote 9	dos (2) tapa alojamiento de válvula	1 unid
Ítem 6 /lote 9	batería 12v /7ah	1 unid
Ítem 7 /lote 9	bloque de lavado version 5	1 unid
Ítem 8 /lote 9	bomba de engranaje (con magneto) FPE	

☒ Pruebas técnicas de seguridad y funcionamiento

☐ Actualización de software/firmware

☐ Desinfección con puristeril

☒ Desinfección con ácido cítrico al 50%

ESTADO DEL EQUIPO ☒ OPERATIVO ☐ INOPERATIVO

Técnico	Ing. Víctor Masi	Cliente	Dr. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C.
Firma		Firma	

32	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)			
33	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:		
34	Recibo de Dinero	Monto:		

Verificado por: **Aclaración:** **Fecha:**

Observación: