ALBATROS S.A.C.I
Importaciones y Representaciones

Advanced

OS 185/25

INFORME TECNICO N° 007

CONTRATO N° 335/2024

HOSPITAL DE POLICIA – RIGOBERTO CABALLERO

LPN Nº 51/2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS – PLURIANUAL" ID N° 445.026

MANTENIMIENTO CORRECTIVO **PÁGINA 1 de 1**
Equipo: Monitor Multiparamétrico- Lote N°: 10 - SN°: 332273-M16C07230003-02 **Marca: *ADVANCED***

Contrato N°	335/2024	**Orden de Servicio N°**	185/2025
ID N°	445.026	**Fecha**	21/07/2025

LOTE	ITEM	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS	CANTIDAD
10	23	Mantenimiento Correctivo con Provisión e instalación de cable de ECG de 5 latiguillos	1
10	24	Mantenimiento Correctivo con Provisión e instalación de sensor de SP02	1
10	25	Mantenimiento Correctivo con Provisión e instalación de cable de interface NIBP	1
10	26	Mantenimiento Correctivo con Provisión e instalación de manguitos de presión	1
10	28	Mantenimiento Correctivo con Provisión e instalación de sensor de temperatura	1
10	29	Mantenimiento Correctivo con Provisión e instalación de batería recargable	1
10	32	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación. Mantenimiento Correctivo con Provisión de repuestos	1

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP.
Jefa de Adquisiciones

Se hicieron pruebas de funcionamiento.
El equipo está Operativo.

Asistencia Técnica
Albatros SACI

Técnico Responsable
Firma y Sello

Lic. Juan Carlos
Enfermero
Reg. Prof.
UTI

Servicio
Firma y Sello

Hospital
Firma y Sello