JR INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000343

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social - Fecha: 21/02/2022.

Dirección: Centro Medico Nacional - Hospital Nacional. - Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Compresor de Aire.

Marca: TAUSEM Hora:

Serie/Patrimonio N°: CSS-30-1518-0009. Modelo:

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento preventivo del equipo de referencia.

- Limpieza general de valvulas. Reemplazar resortes
- Verificación y limpieza general de rodamientos.
- Verificación y limpieza de ejes.
- Verificación de rodillos de biela. En caso de desgaste del estado de los pernos del pendolo de biela y cigüeñal, reemplazar.
- Lubricación de rodamientos de biela con grasa especial con alto grado de gotea.
- Verificación de elemento filtrante. Reemplazar.
- Ajustes Generales.
- Prueba de funcionamiento
- Puesta a punto.
- Limpieza general del equipo.

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto

Observaciones: El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento.

Firma: Javier Recalde J.R. Ingenieria RUC: 3.723.322 - 0 21-02-22

Técnico Responsable:

Firma: RAMÓN AGÜERO Ingeniero Electromecánico C.M. Hospital Nacional 21-02-22

Conformidad del Cliente:

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.