ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00851

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital Policlínico Pedro Germán Caballero	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Kubistchek	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Laboratorio	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Estufa de Secado y Esterilización	MARCA: FANEM
MODELO:	SERIE Nº: 315E

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 15 / 12 / 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento correctivo con provision de repuestos. Provision y cambio de resistencias electricas

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE # 6 Item: 6

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: Dra. Nelly Peralta de Pintos
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Crio. de Sanidad Jefe de Servicio Laboratorio
Fecha: 15-DIC-2021	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00852

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Policía Rigoberto Caballero	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. López e/ Kubistchek	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Laboratorio	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Estufa de secado y esterilización	MARCA: Fanem
MODELO:	SERIE Nº: 315E

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 15/12/2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento correctivo c/provisión de repuestos. Provision y cambio de termo interno c/cable aislado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE #6 Item: 7

LIZ LORENA MENDOZA K.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 15-DIC-2021	Fecha:

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Dra. Nelly Peralta de Pintos
Cmo. de Sanidad
Jefe de Servicio Laboratorio

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-