ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001028

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez y Cnel Cazal. SL.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - Bloque quirúrgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: ASIII - BOPE	SERIE Nº: 07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 12 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de máquinas, limpieza de línea hidráulica; limpieza de línea de vacío; limpieza de línea de vapor. Limpieza de caldera, limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacío; mantenimiento de bomba de agua, limpieza, ajustes y calibraciones de válvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajustes y calibraciones de válvula motorizada de vapor; limpieza, ajustes y calibraciones de válvula motorizada de

REPUESTOS UTILIZADOS: Secado; limpieza y verificación de válvula de alivio.. Personal técnico.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 11-DIC-2023	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001029

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - TOCOQUIRURGICO	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: IHM
MODELO: IHM	SERIE Nº: 125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 12 / 2023

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vapor Limpieza de caldera; Limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío; Limpieza ajustes y calibraciones de valvula motorizada, descarga de agua; Limpieza ajuste y calibraciones, de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado; Limpieza y verificación de valvula de alivio Mano de obra. tecnica

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: MS. César Vieros Jefe Dpto. de Esterilización
Fecha: 11 - DIC - 2023	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001030

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	TELEFONO:
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - Todo quirurgico	CARGO:
SERVICIO SOLICITADO POR:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 09099932

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 12 / 2023

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: limpieza exterior del equipo y sala de maquinas limpieza de línea hidraulica; limpieza de línea de vacío; limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de cámara de esterilización, Mantenimiento de bomba diagra; mantenimiento de bomba de vacío; limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua; limpieza y ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de secado. limpieza y verificación de válvula de seguridad. Manual de operación.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: M.S. Cesar Yegros, Decano, Facultad de Ciencias Médicas, U.N.A.
Fecha: 11 - DIC - 2023	Fecha:

ORIGINAL: BLANCO DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001031

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - Tomo Quirúrgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS-B09E	SERIE Nº:	99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 12 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo; limpieza de sala de máquinas. Limpieza de línea hidráulica; limpieza de línea de vapor; limpieza de línea de secado. Limpieza de caldera. Limpieza de cámara de esterilización; mantenimiento de bomba de vacío; mantenimiento de bomba de agua; limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua; ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor; ajuste y calibración de válvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de válvula de alivio. Personal técnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero	Firma:	M.S. César Yegros
Aclaración:	Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha:	11-DIC-2023	Fecha:	

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE