**ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO**
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001008

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | |
|---|---|
| INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA | |
| DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Carol S.L. | TELEFONO: |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - TOCO QUIRURGICO | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO: |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| EQUIPO: Autoclave a vapor | MARCA: SAKURA |
| MODELO: ASIII - B09E | SERIE Nº: 07099930 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09 / 11 / 2023

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y cajade maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de cal de vapor; limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio. Mantenimiento de bomba de agua limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Personal técnico

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: MS. César Vargas, Jefe, Dpto. de Electromedicina, F.C.M. - U.N.A. |
| Fecha: 09- Noviembre -2023 | Fecha: |

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

**ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO**
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001010

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Lazo S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilización - Bloq Quirurgico | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Autoclave a vapor | MARCA: | SAKURA |
| MODELO: | A111S-B09E | SERIE Nº: | 09099932 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09 / 11 / 2023

| | | |
|---|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ | FALLA DENUNCIADA: |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ | |
| CORRECTIVO | ☐ | |

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de secado; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de camara de esterilización Mantenimiento de bomba de agua; Mantenimiento de bomba de vacio; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de drenaje Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Personal técnico para los trabajos

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: MS. César Negros |
| Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A. |
| Fecha: 09-NOV-2023 | Fecha: |

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

**ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO**
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001011

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda Mcal Lopez c/ Cnel Cazal S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilización - TOLO QUIRURGICO | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Autoclave a vapor | MARCA: | SAKURA |
| MODELO: | A 111S - BOPE | SERIE Nº: | 09099932 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09, 11, 2023

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo, limpieza de sala de máquinas, limpieza de filtros hidraulicos, limpieza de lineas de vapor, limpieza de caldera, limpieza de cámara de esterilización, limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua, mant. de bomba de vacío, limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua, limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de secado, limpieza y verificación de válvula de alivio. Por parte técnico asignado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: MS. César Yegros, Jefe Dpto. de Electromedicina |
| Fecha: 09-NOV-2023 | Fecha: |

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE