MARCAR S.R.L.
INGENIERÍA

Departamento Técnico
Tel.: (021)3286850
E-mail: serviciotecnico@marcar.com.py
Mainumby esq. Tatare ex (Bejarano) - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

N° 0000471

FECHA: 10/10/23 HORA: ___:___

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☐ Servicio ☐ Demostración ☐ Recepción del equipo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - UNA RUC: 80001180-5
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección:

DATOS GENERALES

Equipo: Ventilador Pulmonar Marca: Newport
Modelo: e500 y e360 Serie:
Accesorios:
Problema indicado: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Ventiladores Pulmonares marca Newport Pertenecientes al Hospital de Clínicas con ID: 425.509.-

Trabajos realizados: Item 19: Mantenimiento Correctivo con provisión de Servoválvula para dos (2) Ventiladores, marca Newport, modelo e360.-
Item 20: Mantenimiento correctivo con provisión de Analog board, calibración de parámetros para tres (3) ventiladores pulmonares, marca Newport, modelo e360.-
Item 21: Mantenimiento preventivo con provisión de batería 12v, 7.0AH para cinco (5) ventiladores pulmonares, marca Newport, modelo e360.-
Item 22: Mantenimiento correctivo de soporte con provisión de ruedas, para dos (2) ventiladores pulmonares, marca Newport, modelo e360.-
Item 23: Mano de Obra Técnica para siete (7) ventiladores pulmonares, marca Newport.-
Tiempo Empleado:

Observaciones: "Corresponde a la C.O. Nº 28/2023): Mantenimiento Preventivo y Correctivo para ventiladores marca Newport pertenecientes al Hospital de Clínicas con ID. 425.509".

1. Responsable Técnico	2. Cliente
Firma: Marciano Carrera	Firma: MS. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración: Ing. Marciano Carrera MARCAR S.R.L. INGENIERÍA	Aclaración:

Trabajo Verificado por: Aclaración: Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta ni recibo de dinero.