Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Av. Gral. Santos
Asunción, Paraguay

N°: .....

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 01/12/23 Hora: .....

Cliente: Hospital de Clínicas - UNA Sala/Servicio: Nefrología Ped

Orden de Servicio: ..... Contrato N°: .....

Equipo:
- [ ] Bomba Volumétrica
- [ ] Bomba a Jeringa
- [x] M. de Hemodiálisis

Modelo:
- [ ] INFUSOMAT SPACE
- [ ] PERFUSOR SPACE
- [x] DIALOG PLUS

N° de Serie: 102841 N° de patrimonio: .....

Diagnóstico de la falla: Instalación de repuestos, verificación

Descripción del Servicio Realizado:

Mantenimiento Preventivo [ ]

Mantenimiento Correctivo [ ] Sin Repuestos [✓] Con Repuestos

Repuestos Requeridos (Para correctivos con provisión de repuestos)

Ítem:	Código de Producto:	Descripción:	Cantidad:
	34514260	Pantalla táctil touchscreen	1(uno)
	34514320	Heparin pump	1(uno)
	34561927	Bomba de engranaje FPE	1(uno)

- [✓] Prueba técnica de seguridad y funcionamiento
- [✓] Prueba de parámetros de seguridad y alarmas
- [ ] Actualización de Software
- [ ] Calibración
- [ ] Librería de Drogas (.....)

- [ ] Desinfección con Puristeril
- [✓] Desinfección con Ácido Cítrico al 50%
- Horas de uso: .....

Estado del Equipo [✓] Operativo [ ] Inoperativo

BIOERIX - Contratista: SANTIAGO ZARACHO
NOMBRE

FIRMA
Santiago Zarac
Licitaciones
Bioerix S.

Servicio Técnico BBRAUN: Ing. Victor Masi
NOMBRE

FIRMA
VICTOR MASI
Sec. Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

te: .....
NOMBRE

FIRMA