21

Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Av. Gral. Santos
Asunción, Paraguay

N°: 006

# INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 07/07/23 Hora:

Cliente: POLICIA NACIONAL Sala/Servicio: UTIA

Orden de Servicio: 249/2023 Contrato N°: 46/2023

Equipo:
- [x] Bomba Volumétrica
- [ ] Bomba a Jeringa
- [ ] M. de Hemodiálisis

Modelo:
- [x] INFUSOMAT SPACE
- [ ] PERFUSOR SPACE
- [ ] DIALOG PLUS

N° de Serie: 445 556 N° de patrimonio:

Diagnóstico de la falla: Mantenimiento Correctivo

Descripción del Servicio Realizado:

Mantenimiento Preventivo [ ]

Mantenimiento Correctivo [ ] Sin Repuestos [x] Con Repuestos

Repuestos Requeridos (Para correctivos con provisión de repuestos)

| Ítem: | Código de Producto: | Descripción: | Cantidad: |
|---|---|---|---|
| 22 | 34774355 | conector P2 SP | 1 |
| 21 | 3452 1440 | chasis inferior trasero ISP | 1 |
| 30 | 3477 4386 | kit de cubierta para la carcasa | 10 |
| 32 | 900099 | mano de obra - Mantenimiento Correctivo | 1 |
| 23 | 3477 3196 | Pie space | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- [x] Prueba técnica de seguridad y funcionamiento
- [x] Prueba de parámetros de seguridad y alarmas
- [x] Actualización de Software
- [x] Calibración
- [ ] Librería de Drogas (.....)
- [ ] Desinfección con Puristeril
- [ ] Desinfección con Ácido Cítrico al 50%

Horas de uso:.....

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

Estado del Equipo [x] Operativo [ ] Inoperativo

BIOERIX - Contratista: NOMBRE Ing. Sofía Aquino, Servicio Técnico, B. Braun Medical Paraguay S.A. FIRMA

Victor Samudio
Dpto. Comercial
Bioerix S.A

Servicio Técnico BBRAUN: NOMBRE FIRMA

B|BRAUN SHARING EXPERTISE

Cliente: Lic. Rossana Fleitas NOMBRE FIRMA

Lic. Rossana Fleitas
Enfermera UTIA
4.070