INFORME DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CEM

De acuerdo al llamado CD N° 6415/2019, "SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN ANALIZADOR DE ESPECTRO" adjudicada a la firma PROVINDUS S.A. y de acuerdo a la orden de Compra en Plaza N° 56583 de fecha 19 de noviembre de 2019, informamos que fueron remitidos dos equipos para la calibración correspondiente.

En fecha 11 de febrero de 2020 fueron recepcionados por el Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental ambos equipos, según Nota de Remisión N° 001-001-0059519 de la firma PROVINDUS S.A.

Cada equipo de medición cuenta con su respectivo Certificado de Calibración actualizado (se adjuntan copias).

Es mi informe.

Ing. Victor Medina
Sección Seguimiento y Medición Ambiental
12/10/2020

Kalibrierschein
Calibration Certificate

Nummer 20-3119
Number

Gegenstand *Item*	SPECTRAN EMV-Messgerät
Hersteller *Manufacturer*	Aaronia AG
Typ *Type*	NF-5035
Serien Nr. *Serial No.*	44562
Auftraggeber *Customer*	
Bestellung Nr. *Order No.*	
Ort u. Datum der Kalibrierung *Place and date of calibration*	Strickscheid, 2020-01-21
Umfang der Kalibrierung *Scope of calibration*	Standard Calibration
Eingangsprüfung *Perfomance of receipt*	
Kalibrierergebnis *Result of calibration*	Measurement results within specifications
Umfang des Kalibrierscheins *Extent of the certificate*	6 pages incl. this

Dieser Kalibrierschein dokumentiert, dass der genannte Gegenstand nach festgelegten Vorgaben geprüft und gemessen wurde. Die Messwerte lagen im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95% im zugeordneten Werteintervall (Erweiterte Messunsicherheit mit k=2).
Die Kalibrierung erfolgte mit Messmitteln und Normalen, die direkt oder indirekt durch Ableitung mittels anerkannter Kalibriertechniken rückgeführt sind auf Normale der PTB/DKD oder anderer nationaler/internationaler Standarts zur Darstellung der physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Wenn keine Normale existieren, erfolgt die Rückführung auf Bezugsnormale der Aaronia-Laboratorien.
Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Kalibrierscheine ohne Signifizierung sind ungültig.
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.
This calibration cerificate documents, that the named item is tested and measured against defined specifications..
Measurement results are located usually in the corresponding interval with a probability of approx. 95% (coverage factor k=2).
Calibration is performed with test equipment and standarts directly or indirectly traceable by means of approved calibration techniques to the PTB/DKD or other national / international standarts, which realize the physical units of measurement according to the International System of Units (SI).
In all cases where no standarts are available, measurements are referenced to standarts of the Aaaronia laboratories.
This certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signature are not valid.
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Ausstellungsdatum *Date of issue*	**Laborleitung** *Head of laboratory*	**Bearbeiter** *Person responsible*
2020-01-21	Jörg Steilen	Tobias Adams

Aaronia AG – Dorfstr. 10a - DE-54597 Strickscheid
Telefon: 0049(0)6556-9019355 - Fax 0049(0)6556-93034
Vorstandsvorsitzender: Stefan Chmielus - Registereintrag: Amtsgericht Wittlich HRB 32462

Kalibrierschein
Calibration Certificate

Nummer 20-3118
Number

Gegenstand *Item*	SPECTRAN EMV-Messgerät
Hersteller *Manufacturer*	Aaronia AG
Typ *Type*	NF-5035
Serien Nr. *Serial No.*	44552
Auftraggeber *Customer*	
Bestellung Nr. *Order No.*	
Ort u. Datum der Kalibrierung *Place and date of calibration*	Strickscheid, 2020-01-21
Umfang der Kalibrierung *Scope of calibration*	Standard Calibration
Eingangsprüfung *Perfomance of receipt*	
Kalibrierergebnis *Result of calibration*	Measurement results within specifications
Umfang des Kalibrierscheins *Extent of the certificate*	6 pages incl. this

Dieser Kalibrierschein dokumentiert, dass der genannte Gegenstand nach festgelegten Vorgaben geprüft und gemessen wurde. Die Messwerte lagen im Regelfall mit einer Wahrscheinlichkeit von annähernd 95% im zugeordneten Werteintervall (Erweiterte Messunsicherheit mit k=2).
Die Kalibrierung erfolgte mit Messmitteln und Normalen, die direkt oder indirekt durch Ableitung mittels anerkannter Kalibriertechniken rückgeführt sind auf Normale der PTB/DKD oder anderer nationaler/internationaler Standarts zur Darstellung der physikalischen Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI). Wenn keine Normale existieren, erfolgt die Rückführung auf Bezugsnormale der Aaronia-Laboratorien.
Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Kalibrierscheine ohne Signifizierung sind ungültig.
Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.
This calibration cerificate documents, that the named item is tested and measured against defined specifications.
Measurement results are located usually in the corresponding interval with a probability of approx. 95% (coverage factor k=2).
Calibration is performed with test equipment and standarts directly or indirectly traceable by means of approved calibration techniques to the PTB/DKD or other national / international standarts, which realize the physical units of measurement according to the International System of Units (SI).
In all cases where no standarts are available, measurements are referenced to standarts of the Aaaronia laboratories.
This certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificates without signature are not valid.
The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Ausstellungsdatum *Date of Issue*	**Laborleitung** *Head of laboratory*	**Bearbeiter** *Person responsible*
2020-01-21	Jörg Steilen	Tobias Adams

Aaronia AG – Dorfstr. 10a - DE-54597 Strickscheid
Telefon: 0049(0)6556-9019355 - Fax 0049(0)6556-93034
Vorstandsvorsitzender: Stefan Chmielus - Registereintrag: Amtsgericht Wittlich HRB 32462



ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FECHA DE EMISION
19 NOV 2019

ORDEN DE COMPRA EN PLAZA Nº 56583

DIVISION DE ADQUISICIONES
Departamento de Compras
Av. España 1268 - Tel.: 211001/20 (Int. 2477 - 2042)
FAX: (595-21) 205790
WEB: http://www.ande.gov.py

PROVINDUS S.A.
80010810-8
Avda.Eusebio Ayala , 3747 -
ASUNCION
021 606343

NOTA: Esta Orden de Compra es válida por
A la mercaderia deberá acompañar una Nota de Remisión en triplicado.
La Factura deberá presentarse en triplicado, acompañada de la presente ORDEN DE COMPRA, ÚNICAMENTE en MESA DE ENTRADAS de la ANDE.

Lugar de entrega de la mercaderia: AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO , -

PLAZO DE ENTREGA

Estimaremos se sirva(n) proveer las mercaderias y/o servicios abajo descriptos:

CODIGO	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	IMPUTAC. PRESUPUEST	AÑO	REFERENCIA PRESUP.	PCM	PED. COTIZ	O.C. CONSIST	U.MO
2419	DPTO. DE SUPERVISION Y SEG. AMBIENTAL	14100 243	2019	13733	I.39/2019 00349%	PCD 6415/2019 000041	003080	GS

ITEM	MATRICULA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
0001	60000193	2	UND	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPO DE MEDICION ANALIZADOR DE ESPECTRO IVA INC. En un todo de acuerdo a la CD Nº 6415/2019, la Carta de Invitación Estándar, Formulario de Lista de Precios, Especificaciones Técnicas y demás documentos partes del Concurso. EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ES: En el Departamento de Administración de Materiales, sito en Avenida Boggiani y Dr. Facundo Machaín. LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO ES: El Departamento de Supervisión y Seguimiento Ambiental. VIGENCIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: Desde la fecha de suscripción de la Orden de Compra en Plaza hasta el cumplimiento total de las obligaciones. PLAN DE ENTREGAS: Noventa (90) dias calendario, a partir de la suscripción de la Orden de Compra en Plaza. CONDICIONES DE PAGO: El pago se hará en guaraníes, dentro de los sesenta (60) dias calendario de la presentación de la respectiva Solicitud de Pago acompañada de la Liquidación Pro - Forma presentada en ANDE, por el(los) Servicio(s) efectivamente prestado(s) e indicado(s) en el Contrato, descontando el monto de las multas, si las hubiere. NOTA: Se retendrá en concepto de contribuciones, el equivalente a cero punto cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 1 de la Ley Nº 3439/07 que modifica el Art. 41º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".	4.400.000,00	8.800.000,00
				TRANSPORTE		8.800.000,00

D.Y.D.P.I.

PROVINDUS S.A.

ECON. INGRIDT C. CANDIA D.
Gerente Financiero

C.P. LILIANA R. ORTIZ B.
Directora de Contrataciones Públicas



Providus
SOCIEDAD ANÓNIMA

IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN
COMPRA - VENTA DE
MERCADERÍAS EN GRAL.

Av. Dr. Eusebio Ayala 3.747 - Asunción, Paraguay
Tel.: (021) 606 343 (RA) - Fax: (021) 606 912
correo-e: providus@providus.com.py

TIMBRADO N° 13858586
Inicio de Vigencia: 08/01/2020
Fin de Vigencia: 31/01/2021
RUC: 80010810-8
NOTA DE REMISION
N° 001-001- 0059519

Nombre del Destinatario o Razón Social: ADMINISTRACION NACIONAL DE
R. U. C. o C.I.: 80009735-1
Dirección del punto de partida:
Ciudad:
Dpto.:
Dirección del punto de llegada: AVDA. ESPAÑA Nº 1268
Ciudad:
Kilómetros estimados de recorrido:

Código	Cantidad	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS Y/O SERVICIOS
ZZ-4357	2	SERVICIO DE CALIBRACION DE EQUIPO DE MEDICION ANALIZADOR DE ESPECTRO

O.C Nº 56583

Providus
SOCIEDAD ANÓNIMA

Fecha de Inicio del Traslado:
Fecha de Término del Traslado: 11/02/2020
Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL COMPROBANTE DE VENTA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Timbrado:
N° de Factura del Flete:
Precio del flete:
Valor del IVA:

AGENTE INTERMEDIARIO DE TRANSPORTE (Cuando intervenga)
Nombre o Razón Social:
RUC o C.I.C.:
Domicilio:

VEHÍCULO TRANSPORTADOR:
Marca: Chapa N°:

TRANSPORTISTA:
Nombre o Razón Social:
RUC o C.I.C.:

CONDUCTOR:
Nombre:
C.I.:
Dirección:

MOTIVO DEL TRASLADO:
Se debe marcar una sola opción. Se usará un documento por cada motivo de traslado.

- ☐ Venta
- ☐ Exportación
- ☐ Compra
- ☐ Importación
- ☐ Consignación
- ☐ Devolución
- ☐ Otro, indicar:
- ☐ Trasl. local Empr.
- ☐ Transformación
- ☐ Reparación
- ☐ Emisor móvil
- ☐ Exhibición
- ☐ Ferias

Comprobante de Venta:

ENTREGADO POR:
Fecha de Entrega: / /
Firma:

RECIBIDO POR:
Fecha de Recepción: / /
Firma:

A.H.S.A. de Favián Amarilla - RUC: 3603385-6 - Dr. Exequiel González Alsina N° 851 - San Lorenzo - Paraguay - Teléfono: +(595 971) 350 354
e-mail: ahsa@ahsa.com.py - Habilitación N° 2187 - 250 Tal. (25x3) del 5058701 al 5064950 - Enero 2020

ORIGINAL (blanco) Destinatario - DUPLICADO (verde) Remitente
TRIPLICADO (amarillo) SET