Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Av. Gral. Santos
Asunción, Paraguay

N°: .....

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 01/12/23 Hora: .....

Cliente: Hospital de clínicas - UNA Sala/Servicio: Nefrología Red

Orden de Servicio: ..... Contrato N°: .....

Equipo:
- [ ] Bomba Volumétrica
- [ ] Bomba a Jeringa
- [x] M. de Hemodiálisis

Modelo:
- [ ] INFUSOMAT SPACE
- [ ] PERFUSOR SPACE
- [x] DIALOG PLUS

N° de Serie: 210621 N° de patrimonio: .....

Diagnóstico de la falla: Instalación de repuestos, verificación

Descripción del Servicio Realizado:

Mantenimiento Preventivo [ ]

Mantenimiento Correctivo [ ] Sin Repuestos [x] Con Repuestos

Repuestos Requeridos (Para correctivos con provisión de repuestos)

Ítem:	Código de Producto:	Descripción:	Cantidad:
	34561919	Bomba EP con magneto	1 (uno)
	34519164	Conector 6MM	5 (cinco)
	34771034	Conector D 3,5 x R 1/8"	2 (dos)
	34560602	Cuerpo pistón	2 (dos)
	34560558	Motor para bomba a pistón	2 (dos)

- [x] Prueba técnica de seguridad y funcionamiento
- [x] Prueba de parámetros de seguridad y alarmas
- [ ] Actualización de Software
- [ ] Calibración
- [ ] Librería de Drogas (.....)

- [ ] Desinfección con Puristeril
- [x] Desinfección con Ácido Cítrico al 50%

Horas de uso: .....

Estado del Equipo [x] Operativo [ ] Inoperativo

BIOERIX - Contratista: SANTIAGO ZARACHO (NOMBRE) — Santiago Zaracho, Licitaciones, Bioerix S.A. (FIRMA)

Servicio Técnico BBRAUN: Ing. Victor Muse (NOMBRE) — VICTOR MASI, Servicio Técnico, B|BRAUN SHARING EXPERTISE (FIRMA)

Cliente: _____ NOMBRE _____ FIRMA