TIPO PRESUP.

Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Avd. Gral. Santos

Asunción, Paraguay

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Cliente: Hospital de Clínicas

Equipo: *M. de Hemodiálisis*

Modelo: *Dialog Plus*

N° de serie: 235341

Servicio: Nefro Adultos

Fecha: .....21 DIC 2022.....

Hora: .....

N° de patrimonio: .....

Ticket/Orden N°: .....

Horas de uso: .....

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Mantenimiento correctivo ☐ Sin repuestos ☒ con repuestos

...Instalación de repuestos, verificación.

.....

Ítem/código	Descripción	Cantidad
Ítem 9 /lote 9	CONECTOR ABPM	1 unid
Ítem 10 /lote 9	BRAZAL ABPM	1 unid
Ítem 11 /lote 9	RODILLO PARA BOMBA DE SANG RE	1 unid
Ítem 12 /lote 9	DETECTOR FUGA DE SANGRE V4	1 unid

☒ Pruebas técnicas de seguridad y funcionamiento

☐ Actualización de software/firmware

☐ Desinfección con puristeril

☒ Desinfección con ácido cítrico al 50%

ESTADO DEL EQUIPO ☒ OPERATIVO ☐ INOPERATIVO

Técnico	Ing. Víctor Masi	Cliente	
Firma		Firma	Cesar Yegros Jefe Dto. de Electromedicina H.C.M. - H.C.

32 Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)

33 Cheque: Transferencia Bancaria: Monto:

34 Recibo de Dinero Monto:

Verificado por: Aclaración: Fecha: