De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c Lima – Tel: 0994 730040
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M. R. Alonso. Paraguay.

# INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0981

## DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 06/05/2026

## DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Equipos de Gases Medicinales.

## DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Equipo de Gases Medicinales – Lote 2 - para el Hospital de Clínica, según se detalla a continuación:

| Ítem | Descripción | Atributos | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 17 | Mantenimiento preventivo. Limpieza compresor de OXIGENO. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 3,00 |
| 18 | Mantenimiento preventivo. Verificacion presion de entrada compresor de OXIGENO. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 3,00 |
| 19 | Mantenimiento preventivo. Verificacion de estados aros compresor de OXIGENO. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 3,00 |
| 20 | Mantenimiento preventivo. Reseteo alarma compresor de OXIGENO. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 3,00 |
| 21 | Mantenimiento preventivo. Verificacion del presostato compresor de aire. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 3,00 |
| 22 | Mantenimiento preventivo. Verificacion de rele de proteccion compresor de aire. | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 3,00 |
| 246 | Mantenimiento Correctivo: para GENERADOR DE OXIGENO con provision de Placa Analizador de OXIGENO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |
| 247 | Mano de Obra para Mantenimiento correctivo GENERADOR DE OXIGENO con provision de Placa Analizador de OXIGENO | unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO | 1,00 |

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 475.759. Acorde a la orden de compra N°0103422.-

JR INGENIERIA
Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz
Jefa de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC - FCM - UNA

Mster. Arq. Cristina Orué, Jefa
Dpto. Téc. y Mantenimiento
FCM - UNA
P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas