ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES N° 66/2025

. ciudad de Encarnación a los 16 días del mes de Diciembre de 2025, siendo las 10:30 horas, en la acultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, se procede a la Recepción de Equipos de salud y de laboratorio, solicitada a la firma de la empresa **Solución Lab S.R.L.** Correspondiente al llamado adjudicado, denominado **ID N° 462.750** "Adquisición de Suministros de Equipamiento para laboratorios y servicio de salud - UNI 2025." los cuales se describen en el siguiente cuadro:

ID del llamado	**462.750 -** "Recepción de salud y de laboratorio con criterios de sostenibilidad UNI - 2025."
Lugar de entrega	Dpto. Administrativo – Facultad de Ciencias y Tecnología.

BIENES RECIBIDOS

NRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Autoclave de esterilización para la Facultad de Ciencias y Tecnología: Autoclave de mesa. De 30 lts. Puerta manual. Pantalla LCD de 3.5 pulgadas, Presión de trabajo: 0,23 MPa. Temperatura de trabajo: 121/134°C. Precisión de temperatura: 0,1 °C, Tiempo de esterilización: 0~60min. 0~60min. Tiempo de secado: 0~20min, Capacidad del tanque de agua: 3.5L. Fuente de alimentación: CA 220 V, 50/60 Hz. Consumo: 1950VA, 1 rejilla con 3 bandejas. Instalado y funcionando. Tamaño externo: 495*700*410mm. Proyecto CONACYT PINV01-767. Marca: Biobase fabricante: Biobase Biosun Co.. Lto procedencia: China	1	18.100.000	18.100.000
2	Cabina de flujo laminar para la Facultad de Ciencias y Tecnología: Tamaño externo: aproximadamente 1100*755*2200mm. Velocidad de entrada: 0,53 ± 0,025 m/s. Velocidad de flujo descendente: 0,33 ± 0,025 m/s Filtro ULP: Dos, 99,9995% de eficiencia a 0,12 µm, indicador de vida útil del filtro. Ventana delantera: Motorizado. Vidrio templado laminado de dos capas 26 mm. Anti UV. Lámpara UV: 30 W*1 Temporizador UV, indicador de vida útil UV, emisión de 253,7 nanómetros para una descontaminación más eficiente. Lámpara LED Iluminación: ≥1000 Lux. Pantalla LCD: presión del filtro de escape y del filtro de flujo descendente, tiempo de funcionamiento del filtro y de la lámpara UV, velocidad de entrada y salida, vida útil del filtro, humedad y temperatura, tiempo de funcionamiento del sistema Sistema de flujo de aire: 70% recirculación de aire, 30% extracción de aire. Material: Zona de trabajo: acero inoxidable Cuem noxidable. Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento	1	31.670.700	31.670.000

Escaneado con CamScanner

	en polvo antibacteriano. Fuente de alimentación: CA 220 V, 50/60 Hz; 110 V, 60 Hz. Accesorio opcional: Grifo de agua y gas, Base regulable en altura eléctrica. Instalado y funcionando. Proyecto CONACYT PINV01-767. Marca: Biobase. fabricante: Biobase Biosun Co. Ltd. procedencia: China			
3	Microcentrifugadora para la Facultad de Ciencias y Tecnología: Minicentrifugadora). Velocidad: 6000 rpm Tecnologia: Mipicentrifugadora) Valocida RCF máx: entre 3000 y3280xg Rotor 1: 8x0,2ml/8x0,5ml/8x1,5ml/8x2ml Rotor 2: dos tiras PCR-8 de 0,1ml/0,2ml Modo de funcionamiento continuo DC motor Potencia de entrada 20W. Potencia de salida 5W. Fuente de alimentación 100-240V (50-60Hz). Instalado y funcionando. Proyecto CONACYT PINV01-767. marca: KangJian. fabricante: Jiangsu KANGJIAN Medical Apparastus. Procedencia: China.	1	1.600.000	1.600.000
Cantidad Total		3	Monto Total	51.370.000

Una vez realizada la verificación exhaustiva de las características de los bienes y su comparación con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se aprueba la recepción con total conformidad de quienes suscriben el presente documento.

La veracidad de los datos consignados en el presente documento es de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de Declaración Jurada (DDJJ). Este documento quedará sin validez en caso de falta de firma o si se presentan enmiendas y tachaduras.

La administración del contrato está a cargo de Maira Soledad Noguera Ibañez. Asimismo, el destino final y/o correcto uso de los bienes y/o servicios es de exclusiva responsabilidad de la dependencia receptora.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la recepción, con la conformidad de los firmantes de este documento, en la fecha y lugar indicados anteriormente

Sin otro tema que abordar, se da por terminada la recepción, siendo las 10:50 horas a los 16 días del mes de Diciembre del 2025.

Universidad Nacional de Itapúa Facultad de Ciencias y Tecnología

Encargado de la Verificación Técnica
Aclaración: Gustavo Duette

Universidad Nacional de Itapúa Facultad de Ciencias y Tecnología Dirección Administrativa Encarnación

Director/Encargado Administrativo
Aclaración: Maira Noguera

Escaneado con CamScanner