Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Av. Gral. Santos
Asunción, Paraguay

N°: .....

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 01/12/23 Hora: .....

Cliente: Hospital de Clínicas - UNA Sala/Servicio: Metrología adultos

Orden de Servicio: ..... Contrato N°: .....

Equipo:
- [ ] Bomba Volumétrica
- [ ] Bomba a Jeringa
- [x] M. de Hemodiálisis

Modelo:
- [ ] INFUSOMAT SPACE
- [ ] PERFUSOR SPACE
- [x] DIALOG PLUS

N° de Serie: 235344 N° de patrimonio: .....

Diagnóstico de la falla: Instalación de repuestos, verificación

Descripción del Servicio Realizado:

Mantenimiento Preventivo [ ]

Mantenimiento Correctivo [ ] Sin Repuestos [x] Con Repuestos

Repuestos Requeridos (Para correctivos con provisión de repuestos)

Ítem:	Código de Producto:	Descripción:	Cantidad:
	3461076	Fuente micro controlada	1 (uno)

- [x] Prueba técnica de seguridad y funcionamiento
- [ ] Prueba de parámetros de seguridad y alarmas
- [ ] Actualización de Software
- [ ] Calibración
- [ ] Librería de Drogas (.....)
- [ ] Desinfección con Puristeril
- [x] Desinfección con Ácido Cítrico al 50%

Horas de uso: .....

Estado del Equipo [ ] Operativo [ ] Inoperativo

BIOERIX - Contratista: SANTIAGO ZARACHO
NOMBRE

Santiago Zaracho
Licitaciones
Bioerix S.A.
FIRMA

Servicio Técnico BBRAUN: Ing. Víctor Masi
NOMBRE

VICTOR MASI
Soporte Técnico
FIRMA

Cliente: _____
NOMBRE

_____
FIRMA