Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Gral. Santos
Tel: 021-2894850
Inter.: 184
Asunción - Paraguay

SERVICIO TÉCNICO

Nro.: 0911

Fecha: 22/.03./.2023

Cliente: Hospital de Clínicas Tel.:

Dirección: San Lorenzo

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: Duodenoscopio Modelo: TJF- Q180V

Marca: Olympus Nro. Serie: 2721238

Nro. Presupuesto: Nro. Contrato:

Otros:

DURACIÓN DE TRABAJO

Desde: Hasta: Mantenimiento ☐ Reparación ☐

SERVICIO SOLICITADO

Mantenimiento Preventivo / Correctivo. Lote 4

INFORME TÉCNICO

Se procedió a realizar los sgtes. trabajos.

- Item 1 - Mantenimiento Preventivo acorde a protocolo establecido por Olympus para Duodenoscopio modelo TJF-Q180V.

- Item 2 - Mantenimiento correctivo con provisión de placa CCD para Duodenoscopio modelo TJF-Q180V

- Item 3 - Mano de obra técnica.

OBSERVACIÓN

El equipo se encuentra operativo.

Técnico: Aclaración: Marcelo Avalos Centro de Servicios Bioerix S.A.

Cliente: Aclaración: TOSHIHIRO KOJIMA