ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00972

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez y Cnl. Cazal. I.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - Toco quirurgico.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor.	MARCA:	SAKURA
MODELO:	ASIIIBO9E	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09, 08, 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo - Sala de maquinas; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza del linea de vacio; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado; Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Personal tecnico asignado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo	Firma:	MS. César Yegros
Aclaración:	Bioingeniero	Aclaración:	Jefe Dpto. de Electromedicina
Fecha:	09-agosto 2023	Fecha:	F.C.M. - U.N.A.

Reg. Firma: MSP y BS 017

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00973

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facu Hcd de Ciencias Médicas. UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización Toco Quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	IHM
MODELO:	IHM	SERIE Nº:	125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09/08/2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de calindra de esterilización. Mantenimiento de bomba de agua; ajuste de bomba de vacio. Limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada del secado; limpieza y verificacion de valvula de seguridad. A seguimiento de valvula quedo de obra calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	MS. César Tegros Jefe Opto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha:	09-agosto-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00974

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal - S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización Bloco Quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS B06E	SERIE Nº:	990 96494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09 / 08 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de máquinas; limpieza de línea hidraulica; limpieza de línea de vacío; limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de la cámara de esterilización. Mantenimiento de la bomba de vacío; mantenimiento de la bomba de bomba. Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vacío; limpieza

REPUESTOS UTILIZADOS: Ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de oliva. Personal técnico asignado.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo	Firma:	MS. César Tegros
Aclaración:	Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M.-U.N.A.
Fecha:	09-agosto-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00975

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas. UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización Tocoquirurgia	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: A 111S-BOPEL	SERIE Nº: 09099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 09, 08, 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de agua, inst. de bombe de vacio. Limpieza ajuste y calibraciones de valula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vacio limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado; limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asignacion de personal tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma: MS. César Negros
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero	Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina
Fecha: 09-08-2023 RSPyBS 017	Fecha: F.C.M. - U.N.A.

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-