Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO

0003036

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 09/03/2023
EQUIPO/MODELO: Maquina de Anestesia 7100	PATRIMONIO N°: 011.22.74.0038	N° SERIE:	SID:

Actividad ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico
Contrato Nº 28/2021
LCO Nº 03/2021
O.S. Nº 01-01-10

Trabajos Realizados
Mantenimiento Preventivo según protocolo del fabricante
Desmontaje, limpieza, lubricación y montaje del circuito ventilatorio
Calibración de presión, flujo en las vías aéreas.
Verificación de parámetros medidos por el equipo OK
Verificación de parámetros entregados por el equipo OK
Comprobación del funcionamiento
Equipo Operado

Resumen		
	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

Firma Cliente
Aclaración /Sello
Lic. Fe cia Villar
Enfermera Jefe de Qx. Urgencias
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

T.S.S. Marcelo Ma
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DPTO. DE MANTENIMIENTO

MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez
Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO

0003037

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 09/03/2023
EQUIPO/MODELO: Máquina de Anestesia 9100c	PATRIMONIO N°: 011.456.05.0667	N° SERIE:	SID:

Actividad: ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe: ☐ Instalación ☐ Reparación ☑ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico
Contrato Nº 28/2021
LCO Nº 03/2021
O.S. Nº 01-01-10

Trabajos Realizados
Mantenimiento Preventivo, según protocolo del fabricante, Lote 1
Desmontaje, limpieza, lubricación y montaje del circuito Ventilatorio.
Calibración de parametros
Verificación general del Equipo - OK
Prueba de funcionamiento - OK

Resumen		
	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

Firma Cliente
Aclaración /Sello

Lic. Felicia Villar
Enfermera Jefe de QX. Urgencias
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Opto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y S.A. HOSPITAL DE TRAUMA "M.G." OPTO. DE MANTENIMIENTO

mare
MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez

Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO

0003111

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del Trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 08/03/2023
EQUIPO/MODELO: Máquina de Anestesia 900	PATRIMONIO N°: 011.456.05.9668	N° SERIE:	SID:

Actividad ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico Contrato Nº 28/2021
LCO Nº 03/2021
O.S. Nº 01-01-10

Trabajos Realizados
Se realizó mantenimiento preventivo según protocolo del fabricante Lote 1
Desmontaje, limpieza interna, externa y lubricación y montaje del circuito ventilatorio
Calibración de parámetros
Verificación general del equipo -OK
Prueba de funcionamiento -OK

Resumen	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez

Firma Cliente

Aclaración /Sello

Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO

0003005

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del Trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 08/03/2023
EQUIPO/MODELO: Maquina de Anestesia 9100C	PATRIMONIO N°: 011.456.05.1248	N° SERIE: MC150100 48	SID:

Actividad: ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe: ☐ Instalación ☐ Reparación ☑ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico: Contrato Nº 28/2021
Lic Nº 03/2021
O.S.N: 01-01-10

Trabajos Realizados
Se realiza mantenimiento Preventivo, según protocolo del fabricante.
Desmontaje, limpieza interna, externa, lubricación y montaje del Circuito Ventilatorio.
Calibración de Parámetros
Verificación General del Equip - ok
Prueba de funcionamiento - ok

Resumen	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos
Equipo Operativo.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DPTO. DE MANTENIMIENTO

Firma Cliente
Aclaración /Sello: Lic. Fernando Amor, Encargado Jefe de Qx. Urgencias, Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Firma Técnico
MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

INFORME DE SERVICIO

0003110

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del Trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 10/03/2023
EQUIPO/MODELO: Maquina de Anestesia 7100	PATRIMONIO N°: 011.22.19.0097	N° SERIE:	SID:

Actividad ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico Contrato Nº 28/2021
LCO Nº 03/2021
O.S. Nº 01-01-10

Trabajos Realizados
Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo del fabricante Lote Nº 1
Desmontaje, limpieza interna, externa, lubricación y montaje del circuito ventilatorio.
Calibración de parámetros
Verificación general del equipo - Ok
Prueba de funcionamiento Ok

Resumen		
	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

T.S.E. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DEPTO. MANTENIMIENTO
ASUNCION

Firma Cliente

Aclaración /Sello

MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez

Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO
0003006

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 10/03/2023
EQUIPO/MODELO: Máquina de Anestesia Aespire 7900	PATRIMONIO N°: 011.22.24.00.36	N° SERIE: AMX100212	SID:

Actividad ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico
Contrato Nº 28/2021
LCO Nº 031/2021
O.S. Nº 01-01-10

Trabajos Realizados
Mantenimiento Preventivo según protocolo del fabricante
Desmontaje, limpieza interna, externa, Lubricación y montaje del circuito Ventilatorio
Calibración
Verificación de Parámetros con simulador
Prueba de funcionamiento - OK

Resumen	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos
Equipo Operativo

T.S.S. Marcelo Arenzo
Jefe del Opto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" * DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Firma Cliente
Aclaración /Sello
Lic. Felicia Villar
Enfermera Jefe de Qx. Urgencias
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez
Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO

0003108

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del Trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 13/03/2023
EQUIPO/MODELO: Maquina de Anestesia 7100	PATRIMONIO N°: 011.22.30.0050	N° SERIE:	SID:

Actividad ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico
Contrato Nº 28/2021
LCO Nº 03/2021
O.S.Nº 01-01-10

Trabajos Realizados
Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo del fabricante Lote 1
Desmontaje, limpieza interna, externa, Lubricación y montaje del circuito Ventilatorio.
Calibración de Parámetros
Verificación general del Equipo - Ok
Prueba de funcionamiento - Ok

Resumen		
	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DPTO. DE MANTENIMIENTO

MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez

Firma Cliente

Aclaración /Sello

Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO

0003109

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del Trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 13/03/2023
EQUIPO/MODELO: Maquina de Anestesia 7100	PATRIMONIO N°: 011.22.17.0112	N° SERIE:	SID:

Actividad: ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe: ☐ Instalación ☐ Reparación ☑ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico
Contrato Nº 28/2021
LCO Nº 03/2021
O.S./Nº 01-01-10

Trabajos Realizados
Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo del fabricante Lote 1
Desmontaje, limpieza interna, externa, lubricación y montaje del circuito Ventilatorio.
Calibración de Parametros
Verificación general del equipo OK
Prueba de funcionamiento OK

Resumen		
	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE MANTENIMIENTO

MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez

Firma Cliente
Aclaración /Sello
Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500

ASUNCIÓN, 14 DE MARZO DE 2023

LIC. JUANA LEZCANO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL DE TRAUMA **"MANUEL GIANI"**
PRESENTE:

ME DIRIJO A USTED A MODO DE INFORMAR SOBRE LA ORDEN DE SERVICIO DEL **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS DE ANESTECIA MARCA GENERAL ELECTRIC** ADJUDICADO A LA EMPRESA **MARE PARAGUAY S.A.**

CONTRATO N° 28/2021
LCO N° 03/2021
ID N° 395.378
NOMBRE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTECIA, MARCA GENERAL ELECTRIC" PLURIANUAL.
ORDEN DE SERVICIO N°01-01-10

DETALLE GENERAL

LOTE	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL** SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA G.E.	**MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100**, CON MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, MODELO CARDIOCAP/5. CÓD. PATRIMONIAL N° 011.22.30.0048	UNIDAD	1
		MARCA G.E. DATEX OHMEDA 7100, CON MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, MODELO CARDIOCAP/5. CÓD. PATRIMONIAL N° 011.22.30.0046	UNIDAD	1

SIN OTRO PARTICULAR LA SALUDO ATENTAMENTE.

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO
0003018

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del Trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 14/03/2023
EQUIPO/MODELO: Maquina de Anestesia Aespire 7100	PATRIMONIO N°:	N° SERIE: 011.22.30.0046	SID:

Actividad: ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe: ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico
Contrato Nº 28/2021
ID Nº 03/2021
O.S. Nº 01-01-1.0

Trabajos Realizados
Mantenimiento Preventivo Según Protocolo del fabricante de 1ª
Desmontaje, limpieza interna y externa, lubricación y montaje del circuito ventilatorio.
Calibración de sensores de flujo
Calibración de presiones.
Verificación de parametros medidos por el equipo OK
Verificación de parametros entregados por el equipo OK
Prueba de funcionamiento con simuladores OK
El equipo no presenta fugas.

Resumen	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos
Equipo Operativo

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DEPTO. DE MANTENIMIENTO

Firma Cliente
Aclaración /Sello

MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez
Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500

Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO

0003107

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del trauma	SECCION:	CIUDAD: Asunción	FECHA: 14/03/2023
EQUIPO/MODELO: Maquina de Anestesia Aespire 7100	PATRIMONIO N°: 01-22-30-0048	N° SERIE:	SID:

Actividad ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico Contrato Nº 28/2021
LCO Nº 03/2021
O.S.Nº 01-01-10

Trabajos Realizados
Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo del fabricante Lote 1
Desmontaje, limpieza interna, externa, lubricación y montaje del circuito ventilatorio
Calibración de Parametros
Verificación general del Equipo - OK
Prueba de funcionamiento - OK

Resumen		
	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
DPTO. DE MANTENIMIENTO

MARE PARAGUAY S.A.
Milton Gómez

Firma Cliente

Aclaración /Sello

Firma Técnico

Original: Blanco, Copia amarilla, tercera celeste y última rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Venezuela 1137 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 2501 al 3500