(5)

Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Gral. Santos
Tel: 021-2894850
Inter.: 184
Asunción - Paraguay

SERVICIO TÉCNICO
Nro.: 0912

Fecha: 22/03/2023

Cliente: Hospital de Clínicas Tel.:

Dirección: San Lorenzo

DATOS DEL EQUIPO

Equipo: Videogastroscopio Modelo: GIF-H170

Marca: Olympus Nro. Serie: 2725885

Nro. Presupuesto: Nro. Contrato:

Otros:

DURACIÓN DE TRABAJO

Desde: Hasta: Mantenimiento ☐ Reparación ☐

SERVICIO SOLICITADO

Mantenimiento Preventivo / Correctivo. Lote 5

INFORME TÉCNICO

Se realizaron los sgtes. trabajos.

- Ítem 1 - Mantenimiento preventivo acorde a protocolo establecido por Olympus para Videogastroscopio modelo GIF-H170
- Ítem 2 - Mantenimiento correctivo con provisión de canal de Biopsia para Videogastroscopio modelo GIF-H170.
- Ítem 3 - Mantenimiento correctivo con provisión de boquilla de irrigación para Videogastroscopio modelo GIF-H170
- Ítem 4 - Mano de obra técnica

OBSERVACIÓN

Equipo operativo.

Técnico: Marcelo Avalos
Centro de Servicios
Bioerix S.A.

Aclaración:

Cliente:

Aclaración: TOSHIMURO KOUMA