importex S.A.
INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS

INFORME TECNICO

A: Dra. Anita Landolfi- Jefatura Servicio de Nefrología- **Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero.** –

DE: **Servicio Técnico Importex S.A.** –

REFERENCIA:

FECHA: 13 de octubre de 2025

Por el presente, se da informe sobre requerimiento de repuestos para el Equipo de Osmosis – Planta de agua – Marca RO – 500L instalado en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero, ubicado en la Av. Mariscal López & Av. Juscelino Kubitschek, la asistencia fue realizada los días lunes 13/10/2025 y martes 14/10/2025 en el turno noche

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

- Regeneración de filtro ablandador de agua con provisión de sal gruesa
- Retro lavado de los filtros de arena carbón y ablandador de agua
- Desinfección del módulo de osmosis inversa con provisión de bactericida
- Limpieza de tanque externo de reserva de agua cruda
- Provisión y cambio de filtro de 5 y 20 micrones de los módulos de Osmosis Inversa
- Control y ajuste general
- Análisis microbiológico de agua producto
- Cambio de manto de carbón activado
- Cambio de manto de resina del filtro ablandador
- Cambio de 2 membranas de Osmosis Inversa
- Provisión y cambio de lámpara de filtro UV
- Provisión y cambio de filtro de profundidad 1248
- Provisión y cambio de cabezal automático
- Mano de obra mantenimiento y/o reparación

Se realizaron cambios de filtros de entrada de agua a la osmosis 4.5 x 20 de 20 micras, se efectuaron cambios de todos los accesorios de la cañería plástica en termo fusión, y el re acondicionamiento del sistema en el circuito anillado y se dejó la maquina en modo operativo.

Dra. Anita Landolfi T.
Nefróloga
R.P. Nº 6.375

SERVICIO TECNICO
IMPORTEX SA

Serv. Técnico
importex S.A
INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS

Natalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP.
Jefa de Adquisiciones

Dirección: Santa Ana 431 c/ Tapena
Teléfono: 021 608 171