INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS

DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ

Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos - Reparación - Refrigeración

IEA

Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec

LUQUE - PARAGUAY

Tel.: 021 327 5757

Cel.: 0994 719 040 Email: iea_py@outlook.com

SERVICIO TECNICO

0000450

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
19	01	22

Cliente: Policía Nacional

Equipo: Centrifuga **Marca:** Hermleti

Modelo: Z306 **S/N:**

Dirección: **Teléfono:**

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
2		Rulemán		

Hora entrada de servicio:

Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA Se realizó mantenimiento preventivo. Limpieza, ajustes, pruebas y puesta en funcionamiento sin que el equipo se encuentre fuera de servicio. Sin provisión de respuestos. Reparación de mandos y controles del equipo, reparación del sistema eléctrico del equipo, reparación de la tapa de la unidad, provisión y cambio de rulemán.

Item: Lote 12.

Dra. Nelly Peralta de Pintos
Jefa de Servicio Laboratorio
Cría de Sanidad

V° B° CLIENTE

LIZ LORENA MENDOZA R.
Oficial Inscripto
Jefa de Administración
INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757

V° B° TECNICO
Firma y Sello

FACTURA NICOS

Contraseña _____ N° Servicio: _____ Fecha: ___/___/___

Equipo: _____ Num. Serie: _____

OBS.: _____