SHARING EXPERTISE

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Cliente: Hospital de Clínicas **Servicio:** Nefrología Pediátrica

Equipos: Maquinas de hemodiálisis marca BBRAUN modelo DIALOG +

Cantidad: Siete(07) **Fecha:** 07/08/20

Número de Serie: 235342; 219621; 219620; 102841; 231052
231035; 201433

TAREAS REALIZADAS:

Limpieza interna y externa de la unidad:

Limpieza externa de la unidad	✓
Limpieza de ruedas y lubricación de las mismas	✓
Limpieza de las pipetas de concentrado y lubricación	✓
Limpieza y lubricación del cabezal de bomba de sangre	✓
Limpieza interna de la unidad	✓
Limpieza del ventilador de la fuente de alimentación	✓
Limpieza de las placas electrónicas	✓

Verificación del test de seguridad:

Test led & Sonido	✓
Test de presión (DFS)	✓
Test de conductividad	✓
Test de temperatura	✓
Test bomba de UF	✓
Test SAD	✓
test Sistema de Sangre	✓

Comprobación de la exactitud del sistema de ultrafiltración:

Valores de ultrafiltración ajustados: Tiempo de Ultrafiltración: 1 hora Objetivo: 1000 ml Tiempo de prueba: 15 minutos Ultrafiltración: 125ml

Osmar Arana
Coordinador de Electromedicina
3.976.783

Medición de la temperatura y conductividad del líquido de diálisis con un medidor externo.

Valor de temperatura fijado: 37 °C Valor medido: 37°C Parámetro	Valor de conductividad: 14.0 ms/cm Valor medido: 14 ms/cm Parámetro

Chequeo técnico de seguridad acorde al manual del fabricante:

Medición de presiones venosa y arterial	✓
Medición de presión bloque ABPM	✓
Detección de aire en línea SAD	✓
Detección de fuga de sangre	✓
Limites inferior y superior de presión venosa	✓
Alarma de tapa de bomba abierta	✓
Alarma de conductividad y temperatura	✓

Observaciones:

Prueba de funcionamiento Ok, se procede a la desinfección de los equipos con ácido cítrico

Responsable BBRAUN Medical PY:

VICTOR MASI
Servicio Técnico
B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Lic. Liliana Paredes
Reg. Nº 4855
Dpto. de Nefrología Pediátrica
FCM - UNA