Tecnología y Servicio
Panchito Lopez 943
Lambare - Py
0981 299 930

WOSON® LITETOUCH™ vatech
Owandy RADIOLOGY Beyes® ROMIDAN

ORDEN DE TRABAJO Nº: WO11153

No válido como comprobante de venta.

ORDEN DE TRABAJO - SERVICIO TECNICO

Fecha: 28/05/2024

Cliente: Facultad de Odontología UNA
Dirección: España 430 c/ Brasil
Celular: +59521228444

Observación del equipo

Mantenimiento de equipo Ortopantomografo — Owandy — 11100089

DIAGNÓSTICO

Falla de conexión con Servidor y mantenimiento completo necesario

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Mantenimiento de equipo ortopantomografo OWANDY IMAX TOUCH
-Limpieza física
-Engrase de rodamientos y varillas
-Rotación de correas
-Actualización de Firmware
-Alineación y Calibración
-Actualización de software Quickvision y Drivers

RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Realizar el mantenimiento preventivo una vez al año

SERVICIO-REPUESTOS-PIEZAS

Concepto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
Servicio Tecnico Ref. Ariel Rojas	Mantenimiento de equipo Ortopantomografo	1	0	0

IMPORTANTE

Imprescindible la Presentación de este documento para el retiro de equipos o accesorios del taller de Asistencia Técnica.
Se declarará en abandono las piezas que no hayan sido retiradas en el plazo de 90 dias (Según las disposiciones legales vigentes en Paraguay).
Los envíos de equipos o servicios deben ser previamente abonados antes del envío por política de la empresa

Fecha:
Costo GS. : 0
Responsable. : Ariel Rojas

Conformidad: .....
Firma

Fecha de Trabajo terminado: 28/05/2024
Firma: .....

DVA SRL

Asunción, 28 Mayo del 2024

Señora
Prof.Dra Mirtha Daniela Espínola
Dirección de Servicios Clínicos
Facultad de Odontología UNA
Presente

La que suscribe, **Tec. Claudia Bareiro, Coordinación de Imagenología** se dirige a Usted y a quien corresponda, con el fin de informar que la **Empresa DNA** cumplió en tiempo y forma con lo establecido para el mantenimiento del Equipo Ortopantomografo.

Sin otro particular, me despido de Usted muy atentamente.

Prof. Dra. Mirtha Espínola
Dir. de Serv. Clínicos
FOUNA

Recibido
28/05/24

Tec.Claudia Bareiro Nuñez
Coordinación de Imagenología