Nº 0001052

INFORME TÉCNICO

CATÉTERES & AFINES S.A.

Carmen Soler Nº 3894 esq.
Radio Operadores del Chaco
gerencia@caphar.com.py
+595 981 602 647

Fecha: 02/10/2025.

Equipo: Ultra congeladores (Dometic Biomedical).
Marca: Dometic – Biomedical.
N° Serie: 44200201 / 44216054.
Cliente: Bco de Tejidos/FCM.
Lugar: UNA/FCM – Hosp. de Clinicas
Técnico: Jorge Ferreira.

TIPO DE TRABAJO ☐ Reparación ☑ Mantenimiento ☐ Instalación ☐ Capacitación ☐ Otros

DESCRIPCIÓN

Item 1 = Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio – Descongelamiento, Limpieza, y desinfección de camara Interior y Exterior. (2 EQUIPOS modelo UF45566).

Item 2 = servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio – verificación del sistema de alarmas. (2 Equipos UF45566).

Item 3 = Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio – Reseteo del contador (2 EQUIPOS mod. UF45566).

MCN Nº 01/2025.
OC Nº 72.

DEPARTAMENTO BANCO DE TEJIDOS
HOSPITAL DE CLÍNICAS F.C.M. U.N.A.

JORGE FERREIRA
Servicio Técnico
Catéteres y Afines S.A.

Mgter. Arq. Cristina Orué, Jefe
Dpto. Téc. y Mantenimiento
FCM - UNA

Recibido por: _____ Aclaración de firma: _____

GAFER impresiones - Tel. 943 805 (2 Tal. 50 x 4 - Del 1.051 al 1.150 - 09/2025)