Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Avd. Gral. Santos

Asunción, Paraguay

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Cliente: Hospital de Clínicas | Servicio: Nefro Pediátrica | Ticket/Orden N°: .....

Equipo: *M. de Hemodiálisis* | Fecha: .....21 DIC 2022..... | Horas de uso: .....

Modelo: *Dialog Plus* | Hora: .....

N° de serie: 235342 | N° de patrimonio: .....

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Mantenimiento correctivo ☐ Sin repuestos ☒ con repuestos

...Instalación de repuestos, verificación.

.....

Ítem/código	Descripción	Cantidad
Ítem 1/lote 5	Mano de obra – mantenimiento correctivo	1 unid
Ítem 2 /lote 5	kit de reparación válvula de desinfección.	1 unid
Ítem 3 /lote 5	kit de mantenimiento anual	1 unid
Ítem 4 /lote 5	Alojamiento de válvula	1 unid
Ítem 5 /lote 5	dos (2) tapa alojamiento de válvula	1 unid
Ítem 6 /lote 5	batería 12v /7ah	1 unid
Ítem 7 /lote 5	bloque de lavado version 5	1 unid

☒ Pruebas técnicas de seguridad y funcionamiento

☐ Actualización de software/firmware

☐ Desinfección con puristeril

☒ Desinfección con ácido cítrico al 50%

ESTADO DEL EQUIPO ☒ OPERATIVO ☐ INOPERATIVO

Técnico	Ing. Víctor Masi	Cliente	César Yegros Jefe Dto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Firma		Firma	

32	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)			
33	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:		
34	Recibo de Dinero	Monto:		

Verificado por: **Aclaración:** **Fecha:**

Observación: