SYME
SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMÉDICOS

Mantenimiento Industrial y Hospitalario
Tratamiento de Aguas
Asesoramiento Técnico
Equipos Médicos

Milano N° 367 (ex. 2da.) C/ Chile
Teléfono: 450 774
E-mail: syme_py@yahoo.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 31 de julio de 2.019

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – HOSPITAL DE CLÍNICAS
Presente:

INFORME TÉCNICO

Se realizaron los trabajos de:

- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2 (DOS) SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS, DE NEFROLOGÍA ADULTO, JULIO/19, del lote 2, Ítems 1 al 14, ID N° 360.405, según especificaciones técnicas.

Lic. Hermenegildo Marcico
Enfermería
Reg. Prof. N° 2313

Mg. Prof. Dra. Idalina Stanley
Jefe de Dpto. Nefrología y
Post Grado de Nefrología e H.T.A.
FCM. UNA

Julio Battilana
SYME

c.c. al Jefe del Dpto. de Nefrología Adultos Prof. Dra. Idalina Stanley
c.c. al Jefe del Dpto. de Electromedicina Ing. César Yegros

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

SYME
SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMÉDICOS

Mantenimiento Industrial y Hospitalario
Tratamiento de Aguas
Asesoramiento Técnico
Equipos Médicos

Milano Nº 367 (ex. 2da.) C/ Chile
Teléfono: 450 774
E-mail: syme_py@yahoo.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 31 de julio de 2019

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – U.N.A.
HOSPITAL DE CLÍNICAS
Presente:

INFORME TÉCNICO

Máquinas de Sala de Diálisis Dpto. de Nefrología Adultos

Reparaciones realizadas:

- Se realizaron los trabajos de reparacion y mantenimiento de las máquinas de diálisis según el cronograma de mantenimiento preventivo, el resumen se adjunta en el registro de trabajos realizados en la siguiente página.

Sistema de Tratamiento de Agua Dpto. de Nefrología Adultos

- Se procedió a la desinfección química del sistema de agua.
- Se realizó el cambio de filtro de los módulos de osmosis inversa.
- Se realizó la carga del tanque salero del filtro ablandador.

Sistema de Pre-Tratamiento Portátil de Agua para Diálisis en U.T.I Adultos

- Se realizó el chequeo funcional del sistema.
- Se realizó el cambio de los filtros del pretratador de agua

LIC. NERIS AGUILAR R
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Reinaldo Mareco
Ingeniería
Reg. Prof. N° 2313

Mg. Prof. Dra. Idalina Stanley
Jefe de Dpto. Nefrología y
Post Grado de Nefrología e H.T.A.
FCM. UNA

Julio Battilana
SYME
SYME

c.c. al Jefe de Nefrología Adultos Prof. Dra. Idalina Stanley
c.c. al Jefe del Dpto. de Electromedicina Ing. César Yegros

PLANILLA de REGISTROS de TRABAJOS TÉCNICOS Dpto.NEFROLOGÍA - FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS U.N.A

MES: JULIO **AÑO: 2019**

EQUIPOS	MARCA	Nº DE SERIE	TRABAJOS REALIZADOS
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	7V5AJA04 "Gabriel"	Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	7V5AJA05 "Taty"	Reparación de alarma de conductividad baja. Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	7V5AJA06 "Avril"	Reparación de fuga en circuito hidráulico. Mantemiento y Chequeo funcional.
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	7V5AJA07 "Dani"	Mantenimiento y Chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	7V5AJA08 "Valeria"	Mantenimiento y chequeo funcional.
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	7V5AJA09 "Myli"	Mantenimiento y chequeo funcional.
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	7V5AJA10 "Jhony"	Reparación de alarma de flujo. Mantenimiento y chequeo funcional.
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	7V5AJA11 "Héctor"	Cambio de sensor de fuga de sangre. Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	0V5ANN61 "Arami"	Mantenimiento y chequeo funcional.
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	OV5ANN62 "Henry"	Reparación de alarma de conductividad baja. Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008E	3XOA0806 "José"	Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	1V52TR22 "Marcelo"	Reparación de alarma de flujo. Cambio de cabezal de flujo. Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	1V52TR23 "Marcos"	Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	1V52TR24 "Carlos"	Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	1V52TR25 "Milciades"	Reparación de alarma de presión venosa. Mantenimiento y chequeo funcional
Máquina de Diálisis	Fresenius 4008B	1V52TR26 "Nelson"	Fuente de alimentación averiada en espera de repuesto
Planta de Tratamiento de Agua Dpto. de Nefrología			Desinfección y cambio de filtros de 5 micrones del Osmosor. Test de Cloro y Calcio Negativos
Tratamiento de Agua U.T.I Adultos			Chequeo funcional. Cambio de filtros de línea y de carbón activado

OBSERVACIONES:

Julio Battilana
Servicio Técnico **SYME**

Lic. Germán Pregildo Mareco
Enfermería
Reg. Prof. N° 2313

Mg. Prof. Dra. Idalina Stanley
Jefe de Dpto. Nefrología y
Post Grado de Nefrología e H.T.A.
FCM. UNA

C. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS