(04)

Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Av. Gral. Santos
Asunción, Paraguay

N°: 011

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Fecha: 07/07/2023 Hora:

Cliente: POLICIA NACIONAL Sala/Servicio: UTIA

Orden de Servicio: 243/2023 Contrato N°: 46/2023

Equipo: [X] Bomba Volumétrica [ ] Bomba a Jeringa [ ] M. de Hemodiálisis

Modelo: [X] INFUSOMAT SPACE [ ] PERFUSOR SPACE [ ] DIALOG PLUS

N° de Serie: 434234 N° de patrimonio:

Diagnóstico de la falla: Mantenimiento Correctivo

Descripción del Servicio Realizado:

Mantenimiento Preventivo [ ]

Mantenimiento Correctivo [ ] Sin Repuestos [X] Con Repuestos

Repuestos Requeridos (Para correctivos con provisión de repuestos)

Ítem:	Código de Producto:	Descripción:	Cantidad:
22	34774355	conector P2 SP	1
30	34774386	kit de cubierta para la carcasa	10
23	3477 3106	Pie Space	4
32	900099	Mano de obra - mantenimiento correctivo	1
21	34521440	chasis inferior trasero ISP	1

[X] Prueba técnica de seguridad y funcionamiento

[X] Prueba de parámetros de seguridad y alarmas

[X] Actualización de Software

[X] Calibración

[ ] Librería de Drogas (.....)

[ ] Desinfección con Puristeril

[ ] Desinfección con Ácido Cítrico al 50%

Horas de uso:.....

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

Estado del Equipo [X] Operativo [ ] Inoperativo

BIOERIX - Contratista: Victor Samudio — Dpto. Comercial — Bioerix S.A. (NOMBRE) — FIRMA

Servicio Técnico BBRAUN: Ing. Sofía Aquino — Servicio Técnico — B. Braun Medical Paraguay S.A. — B|BRAUN SHARING EXPERTISE (NOMBRE) — FIRMA

Cliente: Rossana Fleitas (NOMBRE) — Lic. Rossana Fleitas — Enfermería - UTIA — C.I. N° 4.070 — FIRMA