ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001024

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION - TOCO QUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AS111 - BOGE	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 12 / 2023

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sellado de maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor. Limpieza de caldera, limpieza de cámara de esterilizacion. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de vapor; limpieza, ajustes y calibraciones de

REPUESTOS UTILIZADOS: valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Personal tecnico.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	MS. Cesar Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha:	04-DIC-2023	Fecha:	

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001025

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN: Avda Med. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L		TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilizacion - Dpto quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: IHM
MODELO: IHM	SERIE Nº: 125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 12 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: ____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: ____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de Area hidraulica; limpieza del lecho de vapor, limpieza decal dera; limpieza de camara de esterilizacion Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacio. limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado.

REPUESTOS UTILIZADOS: Limpieza y verificacion de valvula de alivio de seguridad. Mano de obra tecnica

Observación: ____

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Diaz Olmedo / Bioingeniero	Firma:	Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración:	Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	
Fecha:	04-DIC-2023	Fecha:	

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001026

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion - Todo Quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS - B04E	SERIE Nº:	09099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 12 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera, Limpieza de camara de esterilizacion, Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio; Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, Limpieza/ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado, Limpieza/ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vacio.

REPUESTOS UTILIZADOS: Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Mano de obra tecnica

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 04 - DIC - 2023

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración: MS. Cesar Vegros
Dpto. de Mantenimiento
F.C.M. - U.N.A.

Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001027

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Medicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal Lopez c/ Cnel. Cazal SL.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS-B09E	SERIE Nº: 090999/99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 12 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo, Limpieza de sala de maquinas, Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de linea de secado, Limpieza de caldera, Limpieza de Cámara de esterilizacion, mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado, Limpieza y verificacion de valvula de alivio, Personal tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	MS. César Vallejos
Aclaración:	Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha:	04-DIC-2023	Fecha:	

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE