Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Agrarias

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de San Lorenzo a los 03 días del mes de Febrero de 2020, siendo las 10:00 horas se reúnen, el Señor Bruno Henry, Auxiliar de la División de Almacenes y Suministros y el C.P. Antonio Darío Valdez Jefe de la División Almacenes y Suministros, respectivamente, para la verificación de los ítems que se detallan a continuación que fueron adjudicados en el marco del contrato para la *"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO – PROYECTO CONACYT" - CÓD. 28 – CONTRATO CERRADO - I.D. Nº: 361.856.* De la firma: **PARGOS TECH S.A.**

Cantidad	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Marca
1	Campana de extracción de gases Adaptable a cualquier lugar. Dimensiones, como mínimo: 65 x 145 x 85 cm. 220 voltios. 300 vatios. Construida externamente en fibra de vidrio laminada con refuerzos para evitar la flexión de las paredes, con excelente acabado externo. Con base de polipropileno reforzado, y encaje para pileta laminada en fibra de vidrio en las dimensiones de 15 x 24 x 14 cm. Captador trasero de gases en polipropileno para permitir la succión por la parte trasera inferior y también por la parte frontal superior Formato con aerodinámica para extracción. No requiere de instalación especial de albañilería. Puerta de vidrio templado, permitiendo excelente visualización del interior, resistente a disolventes y de fácil limpieza, con desplazamiento vertical (tipo guillotina) y sistema de contrapesos que permita ajustar la apertura en cualquier punto. Iluminación interna fluorescente, completamente aislada del área de trabajo (indirecta al operador). Panel de interruptores de extracción e iluminación, ambos con lámpara piloto interna y registros para agua y gas. Extractor laminado en fibra de vidrio (pieza única) con turbina de material resistente a los gases corrosivos y tubo de salida con diámetro de 200mm. Motor blindado de 1/6 HP con ventilación externa, protección IP54. Volumen de aire desplazado: como mínimo1850m3/hora (nominal sin tubulación). Velocidad media del aire en la salida del extractor: por lo menos 25m/s. Cables de alimentación. Manual de instrucciones en español. Instalación, La Campana de Extracción debe contar con un ducto de extracción de gases Garantía mínima de 1 año	Unidad	QUIMIS

Una vez realizada la verificación siendo las 11:30 hs., el Sr. Bruno Antonio Henry Auxiliar de la Div. Almacenes y Suministros firma su conformidad por la recepción definitiva del Equipo citado más arriba, acompañado por el Jefe de la División.

Sr. Bruno Antonio Henry
Auxiliar
Div. Almacenes y Suministros

C.P. Antonio Darío Valdez
Jefe
Div. Almacenes y Suministros

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

Página 1

NOTA DE RECEPCION DE ELEMENTOS EN ALMACEN

Fecha 04/02/2020

Hora 12:21 p.m.

Facultad de Ciencias Agrarias

Nro. Recepción 4
Fecha Recepción 04/02/2020
Origen COMPRA
Dependencia ALM1 Almacén
Proveedor 737 PARGOS TECH S.A.

Nro. Factura 1858
Fecha Factura 19/12/2019
Nro. Remisión 1792
Nro. Orden Compra 80

Cód. Art.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
E0005	Campana de extracción de gases. Adaptable a cualquier		1	18.000.000	18.000.000

Son Guaranies: Dieciocho millones.-

Total 18.000.000

Recibido por:	Firma:	C.P. ANTONIO D. VALDEZ L.
	Nombre y Apellido:	Jefe División de Almacenes y Suministros
Compras y Suministros:	Firma:	C.P. Lourdes Amalia Reyes Peña
	Nombre y Apellido:	Encargada de Despacho Departamento de Contrataciones
Director Administrativo:	Firma:	Lic. Miguel Angel Arévalos A.
	Nombre y Apellido:	Director Dirección de Administración y Finanzas

Sistema de Almacén y Patrimonio

Centro Nacional de Computación