TIPO PRESUP.	

Bioerix

José Asunción Flores 2548 c/ Avd. Gral. Santos

Asunción, Paraguay

INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Cliente: Hospital de Clínicas

Servicio: Nefro Pediátrica

Ticket/Orden N°: .....

Equipo: *M. de Hemodiálisis*

Fecha: 21 DIC 2022

Horas de uso: .....

Modelo: *Dialog Plus*

Hora: .....

N° de serie: 201433

N° de patrimonio: .....

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

Mantenimiento correctivo ☐ Sin repuestos ☒ con repuestos

...Instalación de repuestos, verificación.

.....

Ítem/código	Descripción	Cantidad
Ítem 1/lote 2	Mano de obra – mantenimiento correctivo	1 unid
Ítem 2 /lote 2	kit de reparación válvula de desinfección.	1 unid
Ítem 3 /lote 2	kit de mantenimiento anual	1 unid
Ítem 4 /lote 2	Alojamiento de válvula	1 unid
Ítem 5 /lote 2	dos (2) tapa alojamiento de válvula	1 unid
Ítem 6 /lote 2	batería 12v /7ah	1 unid
Ítem 7 /lote 2	bloque de lavado version 5	1 unid
Ítem 8 /lote 2	BOMBA DE HEPARINA	1 unid
Ítem 9 /lote 2	DETECTOR FUGA DE SANGRE V4	1 unid
Ítem 10 /lote 2	ELEMENTO CALEFACTOR	1 unid

☒ Pruebas técnicas de seguridad y funcionamiento

☐ Actualización de software/firmware

☐ *Desinfección con puristeril*

☒ Desinfección con ácido cítrico al 50%

ESTADO DEL EQUIPO ☒ *OPERATIVO* ☐ *INOPERATIVO*

Técnico	Ing. Víctor Masi	Cliente	César Yegros Jefe Ing. de Electromedicina H.C.M. - H.C.
Firma		Firma	

	Comprobante de Retención de la Multa - Incumplimiento	Monto:		
32	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)			
33	Cheque: Transferencia Bancaria:	Monto:		
34	Recibo de Dinero	Monto:		
Verificado por:		Aclaración		