ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00968

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Caballero	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion - TOCO QUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AIII SB09E	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03, 07, 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de linea hidraulica, limpieza de linea de vacio limpieza de linea de vapor, limpieza de caldera, limpieza de camara de esterilizacion, Mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua. limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado. limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Por sumi tecnico asignado.

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos

Firma: _____
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo – Biolingeniero – Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 03-Julio-2023

Responsable del Servicio/Departamento

Firma: _____
Aclaración: MS. César [illegible] – Jefe
Fecha: Dpto. de Si[illegible] Medicina

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00969

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez esq Cnel Cazal S.L.	**TELEFONO:**	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion Foco quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		**CARGO:**	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	**MARCA:**	IHM
MODELO:	IHM	**SERIE Nº:**	125457

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 / 07 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de cámara de esterilizacion. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua; limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de

REPUESTOS UTILIZADOS: Sello, limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Mano de obra calificada.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	**Firma:**	
Aclaración:		**Aclaración:**	
Fecha:	03 - julio - 2023	**Fecha:**	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00970

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Medicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion Toco Quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS B06E	SERIE Nº:	9909649 4

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 , 07 , 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, limpieza de la cuba hidraulica, limpieza de tuberia de vacio, limpieza de tuberia de vapor, limpieza de caldera, limpieza de la cámara de esterilizacion, Mantenimiento de bomba de vacio, mantenimiento de bomba de agua, Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vacio, limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado

REPUESTOS UTILIZADOS: Limpieza, verificacion de valvula de seguridad Manodobra calificada.

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	Jefa Dpto. de Esterilizacion
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	03-Julio-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00971

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal S.L.	**TELEFONO:**	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion Y Bio Quirurgica		
SERVICIO SOLICITADO POR:		**CARGO:**	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	**MARCA:**	Sakura
MODELO:	AMS-B09E	**SERIE Nº:**	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 / 07 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de camara de esterilizacion. Mantenimiento de bomba de vacio, Mantenimiento de bomba de agua. Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibracion de

REPUESTOS UTILIZADOS: valvula motorizada de salida de agua; Limpieza y verificacion de valvula de seguridad. Personal Tecnico.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos

Firma:

Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Fecha: 03 - julio - 2023

Responsable del Servicio/Departamento

Firma:

Aclaración: Jefe
Dpto. de Electromedicina

Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-