ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00886

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA.
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Caral S.L. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización PQC.
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua MARCA:
MODELO: SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 25, 10, 22

TIPO DE MANTENIMIENTO

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua módulo osmosis inversa, lavado y contralavado c/ acido, cuarzo y agua filtrada. Verificacion de bomba de agua, presiones y flujos de agua tratada y de concentrado. Mantenimiento de bomba de agua cruda. Mantenimiento de bomba de agua de tratada. Mantenimiento y ajuste de controlador de presiones de línea. Verificacion y ajuste de presiones de línea de trabajo y de stand-by. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Cesar Yegros
Fecha: 25-OCTUBRE-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-