IEA

Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 4 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:

Equipo: Microscopio de Orina

Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MICROSCOPIO MARCA BOECO ORINA

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo (Parte Óptica, mecánica y eléctrica)**
1 UNIDAD	**Cambio de Lámpara**
1 UNIDAD	**Cambio de lente 40X**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

Los comuneros Nº 149 c/ Julio Correa – Luque
Tel.: 021 3275757
Cel.: 0994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 6 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Macrocentrifuga
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CENTRIFUGA DE PRESVAC

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	Mantenimiento preventivo
1 UNIDAD	Cambio de dimmer
1 UNIDAD	Cambio de timer

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 8 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Agitador de laboratorio
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AGITADOR BIOELEC

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento preventivo (limpieza y cambio de carbon)**
1 UNIDAD	**Cambio de dimmer**
1 UNIDAD	**Cambio de timer**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 11 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Estufa de cultivo
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTUFA FANEN

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de resistencia**
1 UNIDAD	**Cambio de termostato**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757
Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 13 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Espectrofotómetro de química
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO BIOSYSTEM BTS-350

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de la tubuladura de la bomba**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

Los comuneros Nº 149 c/ Julio Correa – Luque
Tel.: 021 3275757
Cel.: 0994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 18 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Baño María de laboratorio
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BAÑO MARÍA KACIL BM-02

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de resistencia**
1 UNIDAD	**Cambio de termostato**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

Los comuneros Nº 149 c/ Julio Correa – Luque
Tel.: 021 3275757
Cel.: 0994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 20 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Sillón Odontológico
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLÓN ODONTOLÓGICO DENIMED CLASIC PLUS

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de Lámpara reflector**
1 UNIDAD	**Reparación de placa control**
1 UNIDAD	**Cambio de válvula suctor**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 22 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Sillón Odontológico
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SILLÓN ODONTOLÓGICO DENIMED CLASIC PLUS

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de Lámpara reflector**
1 UNIDAD	**Cambio válvula de pedal**
1 UNIDAD	**Cambio de mangueras**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Los comuneros Nº 149 c/ Julio Correa – Luque
Tel.: 021 3275757
Cel.: 0994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 25 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Equipo Rayos X
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X DENIMED

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de switch disparador**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 27 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Luz Halogena
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LUZ HALOGENA SHUSTER

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 29 de Noviembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Compresor Odontológico
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPRESOR SCHUTLZ 100L 2HP

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de aceite**
1 UNIDAD	**Cambio de polea**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPUBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 2 de Diciembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Autoclave Odontológico
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVE ODONTOBRAS

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de resistencia**
1 UNIDAD	**Cambio de termostato**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040

IEA
Los comuneros Nº 149 c/ Julio Correa – Luque
Tel.: 021 3275757
Cel.: 0994719040

IEA
Ingenieros Electrónicos Asociados

Luque, 4 de Diciembre de 2019

Nota de Informe de trabajos

Dirigido a: Dirección de Apoyo de Servicio (DIAPSER – DISSA)

A continuación le detallo los servicios realizados:
Equipo: Autoclave Odontológico
Diagnóstico: reparación y mantenimiento de funcionamiento

Trabajo realizado y repuestos proveídos:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOCLAVE GNATUS

Cantidad	Descripción
1 UNIDAD	**Mantenimiento Preventivo**
1 UNIDAD	**Cambio de resistencia**
1 UNIDAD	**Cambio de termostato**

Se dejó el equipo funcionando correctamente.

ARMADA PARAGUAYA
Dirección de Sanidad de la Armada
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Firma Cliente

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757

Ing. Christopher Arévalo
Reg. Prof. Nº 24
+595994719040