JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000342

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Fecha: 21/02/2022.-

Dirección: Centro Medico Nacional - Hospital Nacional. Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Compresor de Aire

Marca: TAUSEM. Hora:

Serie/Patrimonio N°: OIL-30-1518-0012. Modelo:

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento preventivo del equipo de referencia.-

- ✓ Limpieza general de valvulas, Reemplazar resortes
- ✓ Verificación y limpieza general de rodamientos.
- ✓ Verificación y limpieza de aros.-
- ✓ Verificación de rodillos de biela: En caso de desgaste del estado de los pernos del pendulo de biela y cigueñal, reemplazar.
- ✓ Lubricación de rodamiento de biela con grasa especial con alto grado de grafito
- ✓ Verificación de elemento filtrante, reemplazar.
- ✓ Ajustes varios: Presión de trabajo, valvula de seguridad, valvula de retención
- ✓ Puesta a punto y limpieza general del equipo.-

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto

Observaciones: El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento.-

Firma: Ing. Javier Recalde
J.R. Ingenieria
RUC: 3.723.322 - 0
Técnico Responsable:

Firma:
RAMÓN AGÜERO
Ingeniero Electromecánico
C.M. Hospital Nacional
21-02-22
Conformidad del Cliente

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.