INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
María Auxiliadora Nº 64 c/ Lapachal I
Tel.: 021 327 5757 +59521 3275757
LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO
0000679

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
10	11	23

Cliente: Policia Nacional
Equipo: Estufa de Secado
Marca: GENMYSS Modelo: YCO-010 S/N: Lote 44
Servicio: Laboratorio Dirección: Hospital de P. Rigoberto C.

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN
2		Resistencia calefactora
2		Cable amianteado

Hora entrada de servicio:
Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó mantenimiento preventivo y Correctivo. Limpieza ajustes, pruebas y puesta en funcionamiento. cambio de resistencias electricas calefactoras, Provisión y cambio de cable amiantado. Pruebó de funcionamiento ok. Se entrega funcionando correctamente.

Nathalia A. Salinas A.
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones

DRA. NELLY S. PERALTA DE PINTOS
COMISARIO M.C.P.
JEFE DE DEPARTAMENTO - LABORATORIO

V° B° CLIENTE

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. Nº 24

V° B° TECNICO
Firma y Sello

FACTURA N°
INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757

OBS.:

50X3 - 601 al 750