De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/Lima – Tel: 0994 730040
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0874

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Facultad de Ciencias Médicas
Dirección: Avda. Mcal Lopez y Coronel Cazal.

Fecha: 14/04/2025

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Reparación y Mantenimiento de Equipos de Gases Medicinales del Hospital de Clínica.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Reparación y Mantenimiento de Equipos de Gases Medicinales del Hospital de Clínica, según se detalla a continuación:

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad
13	Servicio de instalacion/mantenimiento de sistemas de gases medicos. Mantenimiento Preventivo. de motor electrico de 15HP.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00
17	Servicio de instalacion/mantenimiento de sistemas de gases medicos. Mantenimiento Preventivo. de Secador de aire medico FINI.aa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00
19	Servicio de instalacion/mantenimiento de sistemas de gases medicos. Mantenimiento Preventivo. de Tablero automatico de manejo de equipos de gases medicos.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00
20	Servicio de instalacion/mantenimiento de sistemas de gases medicos. Mantenimiento Preventivo. de regulador de linea de aire medico.aa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00
21	Servicio de instalacion/mantenimiento de sistemas de gases medicos. Mantenimiento Preventivo. de regulador de linea de oxigeno medico.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00
108	Mantenimiento preventivo. Verificacion general Generador de OXIGENO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
109	Mantenimiento preventivo. Verificacion valvulas neumaticas Generador de OXIGENO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
110	Mantenimiento preventivo. Verificacion nivel zeolita Generador de OXIGENO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00
111	Mantenimiento preventivo. Verificacion electrovalvula de comando Generador de OXIGENO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 459.926. Acorde a la orden de compra N°0099766.-

.....
JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Ing. Ramón Ruiz
Jefe de Sección
Dpto. Téc. y Mantenimiento
HC / FCM - UNA

.....
P/Facultad de Ciencias Médicas.
Hospital de Clínicas

Ingter. Arq. Cristina Orué, Jefa
Dpto. Téc. y Mantenimiento
FCM - UNA