DINAC	**Certificado de Conformidad**	GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*
Código: FL-SDAF-09	**Revisión: 00**	Página 1 de 3

Número del Llamado: Licitación Concurso de Ofertas N° 06/2020	**Numero de Contrato: 42/2020**	
Nombre del Llamado: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos X.		
Ubicación: AIG	**Monto contratado: Gs.370.000.000-** **Monto certificado: Gs. 13.476.563-**	
Proveedor: PREVEN-TEC S. A.		
Periodo: 2021.-		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: ANIBAL CUENCA	**s/ Res. N°744/2020**	AERA N°.....
Fiscal Adjunto: JUAN CARLOS AYALA	**s/ Res. N° 744/2020**	AERA N°.....

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los **11** días del mes de **Noviembre** del año **2021.**

Certifican

Aníbal Cuenca
Jefe Dpto. Electrónica
Fiscal Titular
DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC) DPTO. ELECTRÓNICA

Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Ing. Ronald Benítez
Gerente Tecnico Int D.A
DINAC

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
---	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO RX HI-SCAN 100100T DEL AIG		
*	4.1	Limpieza Gral., interna y externa.	Unidad	1
*	4.2	Limpieza sensores ópticos.	Unidad	1
*	4.3	Mantenimiento monitores (verificación).	Unidad	1
*	4.4	Control y limpieza Gral. de accesorios.	Unidad	1
*	4.5	Control y ajuste de nivelamiento.	Unidad	1
*	4.6	Control de motores.	Unidad	1
*	4.7	Test de barrera infrarroja.	Unidad	1
*	4.8	Test de sistema Interlock.	Unidad	1
*	4.9	Test de velocidad de la esfera.	Unidad	1
*	4.10	Control de desvío de esfera.	Unidad	1
*	4.11	Control de cortinas de protección.	Unidad	1
*	4.12	Test. De Sist. De seguridad/stop.	Unidad	1
*	4.13	Ajuste de monitores.	Unidad	1
*	4.14	Control de programación del equipo.	Unidad	1
*	4.15	Test de teclado.	Unidad	1
*	4.16	Verificación y regulación de los voltajes y corriente del generador de rayos x. (X_RAY HEAD POWER SUPPLY).	Unidad	1
*	4.17	Control de alineamiento de rayos X.	Unidad	1
*	4.18	Control de la señal de línea y de módulos detectores.	Unidad	1
*	4.19	Calibración de la línea detectora.	Unidad	1
*	4.20	Regeneración de rayos si fuesee necesario.	Unidad	1
*	4.21	Calibración del X-AC si fuese necesario.	Unidad	1

*	4.22	Calibración con el cuerpo de prueba. (En caso que la Entidad cuente con el mismo)	Unidad	1

Certifican

Aníbal Cuenca
Jefe Dpto. Electrónica
Fiscal DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL * DPTO. ELECTRÓNICA *

Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones: