INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
María Auxiliadora Nº 64 c/ Lapachal I
Tel.: 021 327 5757 +59521 3275757
LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO
0000611

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
16	6	23

Cliente: Policia Nacional
Equipo: Centrífuga — Lote 1
Marca: GEMMY — Modelo: PLC-036 — S/N: ID N° 400891
Servicio: Laboratorio — Dirección: H de Policia Rigoberto Caballero

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN

Hora entrada de servicio:
Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó mantenimiento del equipo, limpieza, ajustes, prueba y puesta en funcionamiento. Reparación de mandos y controles del equipo. Reparación del sistema eléctrico del equipo. Reparación de la tapa, Cambio de Rulemon. Se entrego el equipo funcionando correctamente.

CESAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

DRA. NELLY B. PERALTA DE PINTOS
COMISARIO R.C.P.
JEFE DE DEPARTAMENTO - LABORATORIO
V° B° CLIENTE

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757
V° B° TECNICO
Firma y Sello

FACTURA N°

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

OBS.:

50X3 - 601 al 750