ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00816

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA / Hospital de Clínicas		
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez y Cnel. Cazal.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 05 / 11 / 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA: _____

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA: _____

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Lote #4 Item 1,6 Limpieza Exterior del Equipo y sala de maquinas; Limpieza de camara de esterilizacion Item 2, 3, 4, 5, 7, Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua Item 9, 10, 11, 12 Limpieza ajustes y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de vacio; Limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de secado; Limpieza y Verificación de valvula de seguridad. Item #13, asistencia del personal Tecnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS: _____

Observación: _____

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración: MS. César Vegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 05 - noviembre - 2021	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-