JR INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000409

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.- Fecha: 03/07/2022

Dirección: Centro medico Nacional - Hospital Nacional.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Bomba de Vacio.

Marca: TAUSEM Hora: —

Serie/Patrimonio N°: 011.30.1517.0011.- Modelo: —

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento preventivo del tipo de referencia.

- Limpieza general de valvulas Reemplazos resortes.-
- Verificacion y limpieza general de rodamientos.-
- Verificacion y limpieza de ejes.
- Verificacion de rodillos de biela. En caso de desgaste del estado de los pernos del pendulo de biela y cigüeñal, reemplazar.
- Lubricacion de rodamiento de biela con grasa especial con alto grado de goteo.
- Ajustes generales.-

Limpieza general, montaje y puesta en funcionamiento del equipo. Ok.

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto

Observaciones: El equipo queda en buenas condiciones de funcionamiento.—

Firma: Ing. Javier Recalde — J.R. Ingeniería — RUC: 3.723.322 - 0 — Técnico Responsable:

Firma: RAMÓN AGÜERO — Ingeniero Electromecánico — C.M. Hospital Nacional — Conformidad del Cliente:

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.